



MEMORANDO SEI Nº 0018885356/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 26 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018881759), segue a análise técnica solicitada:

ITEM	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	Parecer
63	24793 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO	UNIDADE	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	MEDIX BRASIL/JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPAMENT GRO	DE ACORDO	80495510112- Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	SIM	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital, observamos que oi inserido como anexo da proposta ficha técnica do item ofertado (apesar do edital não exigir); em tal ficha técnica é indicado conector slip, porém, o edital exige conector distal lock.

	<p>DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. Cota reservada 25%</p>						<p>Da mesma forma a ficha técnica indica a possibilidade de duas versões de embalagem.</p> <p>Solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- O conector distal do item ofertado é luer lock?</p> <p>2- O item ofertado é embalado em embalagem em papel grau cirúrgico?</p> <p>Caso positivo, a proposta está apta a apresentar amostra.</p>	
77	<p>25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,</p>	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	Não apresentou	SIM	<p>Proposta reprovada, empresa não apresentou o registro Anvisa do item ofertado. Não atendeu o item 8.10.1 do edital</p>

CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%							
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/10/2023, às 08:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018885356** e o código CRC **7FD35DF5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018885356v6