



MEMORANDO SEI Nº 0025094596/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 075/2025.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção aos documentos SEI nº 0025062847 e 0025071740, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
1	909771 - FIO ALGODAO 0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul, espessura 0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE 10378330011 AP040000	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

2	909770 - FIO ALGODAO 2-0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE 10378330011 AP240000	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
3	909769 - FIO ALGODAO 3-0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul, espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE 10378330011 AP340000	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	21428 - FIO CIR. DE POLIGLACTINA 5-0 AG 1,5 A 1,7CM PLAST. FIO CIRURGICO SINTETICO DE POLIGLACTINA, INCOLOR,45 CM, ESPESSURA DE 5-0, COM AGULHA DE PONTA TRIANGULAR 1/2 CIRCULO, MEDINDO DE 1,5 A 1,7CM, PLASTICA, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/modelo: 829050XF	-----	Apresentou descrição resumida do item.	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	911259 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P302MRV25	Exige	De acordo	10243410014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	COR AZUL, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO DE 2,2 a 2,5CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.								
24	911263 - FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 0,9 a 0,93CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ATRAMAT SBE1067/2-75T	Exige	De acordo	80160840018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve características gerais do item, não indicando as especificações do modelo ofertado SBE1067/2-75T.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o mdoelo ofertado (SBR1067/2-75T) atende as exigências do edital: 1. Cor azul; 2. Espessura 7-0; 3. Com 70 cm de comprimento; 4. Com 02 agulhas 3/8 círculo; 5. Ponta cilíndrica, medindo 0,9 a 0,93cm. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
41	909838 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 AG 2,5CM A 2,6CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 3-0,com 70cm de comprimento,	ENV	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE 10378330016 CS37MR25	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 2,5cm a 2,6cm, estéril, gastr., embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.								
50	3176 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY24CT20 - 2.0 3/8 20	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
52	916966 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY04CT30 - 0.0 3/8 30	-----	Apresentou descrição resumida do item. Proposta descreve "1-0".	10378330022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Na proposta a empresa indicou o modelo NY04CT30 e indicou espessura 1-0; o edital exige espessura 2.0; Na ficha técnica apresentada (página 25 da proposta), consta que o modelo NY04CT30 é referente ao fio 0. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- A espessura do do fio ofertado; 2- O modelo do fio ofertado.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
53	916997 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY34CY20 3.0 3/8 20	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	Não localizado o modelo NY34CY20 no registro 10378330022 informado.	Não encontrado o modelo ofertado nos prospectos apresentados.	A empresa indicou na proposta o modelo NY34CY20, porém, não foi possível localizar no registro Anvisa e na ficha técnica apresentada tal modelo. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- O modelo do item ofertado. 2- O registro Anvisa do item ofertado. 3- Apresente ficha técnica referente ao modelo ofertado.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
55	916999 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY34CT30 - 3.0 3/8 30	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
57	917003 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY44CT20 - 4.0 3/8 20	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
58	917002 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX Medix mod. 9820	Exige	De acordo	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
62	917004 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY54CT20 - 5.0 3/8 20	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada Haverá a necessidade de apresentar amostra.

VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 07/04/2025, às 15:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025094596** e o código CRC **93C5D9D3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

0025094596v2