



OFÍCIO SEI Nº 26028907/2025 - HMSJ.CAOP.APA

Joinville, 07 de julho de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: Resposta ao Memorando SEI n. 26022245

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao memorando supramencionado a respeito do processo de Aquisição de Arcos Cirúrgicos com Detector Digital para o Hospital Municipal São José, servimo-nos do presente expediente para informar o que segue:

| Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. medida | Qtd licitada | Fornecedor                       | Marca | Modelo      | Valor Unit. Lance | Análise Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 45852 - ARCO CIRÚRGICO COM DETECTOR DIGITAL UTILIZADO EM CENTRO CIRÚRGICO EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ORTOPÉDICA; TRAUMATOLOGIA; UROLOGIA; CIRURGIA GERAL; VASCULAR. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MÓVEL, COMPOSTO DE CARRINHO DE MONITOR E ARCO EM C OU SOMENTE UMA UNIDADE COM O MONITOR E ARCO EM C INTEGRADOS, SOBRE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E DIRECIONAMENTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROCESSO. | Unidade      | 4            | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | LOTUS | COMPACTO M5 | 511.00            | <b>Edital exige no item 1.2.5 – Tubo de Raio-X:<br/>1.2.5.1 De anodo fixo; com foco único ou duplo</b><br><br>Equipamento ofertado apresenta Tubo de Raio X de anodo giratório; conforme apresentado na página 04/298 do Anexo SEI n. 26022228 com a proposta do fornecedor.<br><br><b><u>Após análise, o equipamento ofertado não atende as exigências do edital.</u></b> |

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Thyago Haugusto Andrioli, Coordenador(a)**, em 08/07/2025, às 13:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Pereira da Silva, Usuário Externo**, em 08/07/2025, às 17:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26028907** e o código CRC **46C9BB36**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.057744-3

26028907v8