

## MEMORANDO SEI Nº 25624913/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise de Amostras - Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas no presente processo:

| Item | Material/Serviço                                       | Unid. medida | Fornecedor                                     | Marca           | Parecer                                   |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 59   | 916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS | PCT          | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ERIMAX          | Amostra aprovada conforme SEI nº 25624884 |
| 61   | 916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M                     | UNID         | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | CREMER-PROCITEX | Amostra aprovada conforme SEI nº 25624899 |

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/05/2025, às 11:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25624913** e o código CRC **1FD85C84**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

25624913v5

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 59

916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ERIMAX

LOTE: 06040924

REGISTRO (ANVISA): 80698139001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 pacote

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

(☒) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (☒) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Material atende as especificações.

DATA: 29/5/25

743  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## **FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 61

916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: LONDRICIR COM E MAT HOSP LTDA

MARCA: CREMER-PROCITEX

LOTE: 856350EA

REGISTRO (ANVISA): 80245210327

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

☒ Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Material de boa qualidade

DATA: 29 / 5 / 25

Assinatura  
CORREÇÃO 378085

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**