

MEMORANDO SEI N° 0024552817/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Amostras não recebidas

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0024432781), informamos que a empresa **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a amostra para o item 3.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/02/2025, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024552817** e o código CRC **FBFA4F52**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

ANÁLISE SEI Nº 0024553143/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 547/2024

ITEM 05 - CÓDIGO 918020 - GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

DESCRIÇÃO	918020 - GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO COM GRAMATURA DE 30 G / M2, ANTIALÉRGICO, NA COR BRANCO, VENTILAÇÃO ADEQUADA, FORMATO ANATÔMICO, ELÁSTICO DUPLO. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES.
FORNECEDOR	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
MARCA	SPK
REGISTRO ANVISA	82053500009
LOTE	TOUBC2505
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 pacotes com 100 unidades cada

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE "COM GRAMATURA DE 30 G / M2".

AMOSTRA OFERTADA POSSUI GRAMATURA INFERIOR A 20G/M2.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

GRAMATURA INFERIOR AO SOLICITADO EM EDITAL.

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 18/02/2025, às 10:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024553143** e o código CRC **4F05EBC4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.247443-7

0024553143v2