



MEMORANDO SEI N° 0020637079/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 22 de março de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico Amostras dos Itens 78 e 80 - Pregão Eletrônico 031/2024

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes acometidos por trauma do Hospital Municipal São José através de Sistema de Registro de Preços

Prezados,

Seguem análises técnicas, realizadas pelo Dr. Carlos Alberto N. Martini, CRM 38022, referente aos itens 78 e 80, da Proposta Comercial SEI n° 0020086720, da empresa Live Medical Comércio, Importação e Exportação Ltda:

Itens 78 e 80 (0020637006) - **APROVADO:** "Deverão fornecer as fresas femorais" - Quanto a este apontamento, informamos que a empresa já nos fornece os itens em questão e que as fresas citadas estão em posse do Hospital, sendo assim, não se faz necessária apresentação das amostras das fresas, visto que são as mesmas que já estão sendo utilizadas neste nosocômio.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 22/03/2024, às 09:36, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020637079** e o código CRC **FC92E8CB**.

www.joinville.sc.gov.br

23.0.286984-7

0020637079v3



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL – HASTE GAMMANAIL
78	13166 - HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR BLOQUEADA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR, BLOQUEADA, CANULADA (FRESADA), ALONGADO EM FORMA DE TUBO, COM 2 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO PROXIMAL SENDO 1 ESTÁTICO E 1 DINÂMICO E 02 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO DISTAIS ESTÁTICOS EM AÇO INOXIDÁVEL, INCLUI PARAFUSOS DE BLOQUEIO. AS HASTES DEVERÃO SER APRESENTADAS NOS DIÂMETROS DE 10 A 13MM E NOS COMPRIMENTOS DE 340, 360, 380, 400 E 420MM. Cod. SUS 0702030511
80	16197 - Haste Intramedular Retrógrada de Fêmur HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA DE FÊMUR com 10 à 13mm de diâmetro x 240 à 420mm de comprimento, em aço inoxidável, canulada, para uso de fio guia e orifícios neutros para bloqueio. Inclui parafusos 4.5mm (proximal) com comprimento de 25 à 80mm e parafusos 6.4 à 6.5mm (distal) com comprimento de 40 à 100mm. Cód. SUS:0702030562

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 031/2024 SEI 23.0.286984-7
 SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO
 MARCA: BIO MECÂNICA
 FORNECEDOR: LIVE MEDICAL
 Nº MS/ REGISTRO: 801285880091 / 8012858041 / 801258580138
 LOTE: 23030407 – 23021112 – 22091052 – 21081254 – 23021123 – 22010238 – 22100908 – 23081351 - 22051252
 FABRICANTE: BIO MECÂNICA
 QUANTIDADE: 02 CX - 1CX INSTRUMENTAIS DE FEMUR + 1CX IMPLANTES DE FEMUR RETROGRADA
 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM
 () NÃO MOTIVO: Devido FALTA DE FASES FUNDAS

Dr. Carlos A. N. Marini
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM-PR 3802 / TEL: 48574
 CRM-SC 2471 / ROF-48581

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
 DATA: 29/02/2024

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL – HASTE GAMMANAIL
78	13166 - HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR BLOQUEADA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR, BLOQUEADA, CANULADA (FRESADA), ALONGADO EM FORMA DE TUBO, COM 2 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO PROXIMAL SENDO 1 ESTÁTICO E 1 DINÂMICO E 02 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO DISTAIS ESTÁTICOS EM AÇO INOXIDÁVEL, INCLUI PARAFUSOS DE BLOQUEIO. AS HASTES DEVERÃO SER APRESENTADAS NOS DIÂMETROS DE 10 A 13MM E NOS COMPRIMENTOS DE 340, 360, 380, 400 E 420MM. Cod. SUS 0702030511
80	16197 - Haste Intramedular Retrograda de Fêmur HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA DE FÊMUR com 10 à 13mm de diâmetro x 240 à 420mm de comprimento, em aço inoxidável, canulada, para uso de fio guia e orifícios neutros para bloqueio. Inclui parafusos 4.5mm (proximal) com comprimento de 25 à 80mm e parafusos 6.4 à 6.5mm (distal) com comprimento de 40 à 100mm. Cód. SUS:0702030562

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 031/2024 SEI 23.0.286984-7

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: BIO MECÂNICA

FORNECEDOR: LIVE MEDICAL

Nº MS/ REGISTRO: 801285880091 / 8012858041 / 801258580138

LOTE: 23030407 – 23021112 – 22091052 – 21081254 – 23021123 – 22010238 – 22100908 – 23081351 - 22051252

FABRICANTE: BIO MECÂNICA

QUANTIDADE: 02 CX - 1CX INSTRUMENTAIS DE FEMUR + 1CX IMPLANTES DE FEMUR RETROGRADA

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____


CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: DEVERÃO FORNECER AS FRESAS FEMORAIS

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24.02.2024


 Dr. Carlos A. N. Mattos
 CRM: 25477 / RQE: 30591
 Rua: 16574