



MEMORANDO SEI Nº 26863039/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Em atenção ao documento SEI nº 26736096 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
23	41301 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 150 UNIDADES.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HIGIE TOPP	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
26	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUIROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO	Rolo	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INOVATO	De acordo	Isento	Apresentou, porém não deixa claro se o item ofertado atende as exigências do edital:	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende íntegra as exigências do edital: não

	MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCIAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.						1. Não reciclado, sem furos ou pigmentação.		reciclado, sem furos ou pigmentação.
42	919677 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECIFICA PARA DETERMINACAO DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L, SOMENTE PARA DIAGNOSTICO "IN VITRO". EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM NO MAXIMO 100 TIRAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE,VALIDADE, CONTROLE INTERNO DO TESTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CEPALAB	De acordo	8025802003 1, registro ativo para "HCG/ SORO URINA"; porém o prospecto apresentado refere-se a teste Cepalab Fast Test "em urina".	Apresentou, porém prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina".	-----	Prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
31	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	FOURSTAR	De acordo	Isento	Apresentou.	-----	Diligência realizada: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site. Resposta da empresa: a

								empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n° 26686568. Nova diligência realizada: o edital exige "compatível com equipamento arco em c da marca Philips e GE" e o prospecto apresentado não descreve esta especificação. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital "compatível com equipamento arco em C da marca Philips e GE". Nova Resposta da empresa: <i>Boa tarde... é compatível sim</i> Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 19/09/2025, às 08:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26863039** e o código CRC **4F483B12**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

26863039v3