



MEMORANDO SEI Nº 30293390/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 23 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 244/2026.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).

Em atenção ao documento SEI nº 30291914 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Parecer
10	25243 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 18 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 18 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2,0 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Unidade	TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA	SUNNYMED	Apresentou descrição resumida do item.	83288319003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/07/2026, para kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	Apresentou prospecto referente ao kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	-----	Análise prévia: o edital exige <i>botton para gastrostomia</i> . Contudo, o descritivo da proposta não deixa claro qual é o item ofertado, uma vez que o registro na ANVISA e o prospecto anexados referem-se a um <i>kit de gastrostomia endoscópica percutânea (GEP)</i> .

									Dessa forma, para prosseguimento da análise, solicita-se que a empresa confirme o nome e a descrição do item ofertado e apresente o registro na ANVISA e o prospecto condizentes com a proposta. Resposta da diligência realizada: proposta Comercial Adequada - TYKHEMEDICAL (30286523). Parecer final: a empresa ofertou <i>kit para gastrostomia endoscópica percutânea</i> e o edital exige <i>botton para gastrostomia</i>. Tratando-se de produto divergente do exigido no edital, a proposta está desclassificada por não atender ao instrumento convocatório.
11	25087 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO. MEDIDAS: 20 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Unidade	TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA	SUNNYMED	Apresentou descrição resumida do item.	83288319003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/07/2026, para kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	Apresentou prospecto referente ao kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	-----	Análise prévia: o edital exige <i>botton para gastrostomia</i>. Contudo, o descritivo da proposta não deixa claro qual é o item ofertado, uma vez que o registro na ANVISA e o prospecto anexados referem-se a um <i>kit de gastrostomia endoscópica percutânea (GEP)</i>. Dessa forma, para prosseguimento da análise, solicita-se que a empresa confirme o nome e a descrição do

									item ofertado e apresente o registro na ANVISA e o prospecto condizentes com a proposta. Resposta da diligência realizada: proposta Comercial Adequada - TYKHEMEDICAL (30286523). Parecer final: a empresa ofertou <i>kit para gastrostomia endoscópica percutânea</i> e o edital exige <i>botton para gastrostomia</i>. Tratando-se de produto divergente do exigido no edital, a proposta está desclassificada por não atender ao instrumento convocatório.
12	25244 - BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR CONFECCIONADO EM SILICONE, COM BALÃO E SISTEMA ANTIREFLUXO , MEDIDAS: 20 FR, COMPRIMENTO DO ESTOMA 3,0 CM. ACOMPANHA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, COM ÂNGULO RETO, 2 VIAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Unidade	TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA	SUNNYMED	Apresentou descrição resumida do item.	83288319003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/07/2026, para kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	Apresentou prospecto referente ao kit de gastrostomia endoscópica percutânea.	-----	Análise prévia: o edital exige <i>botton para gastrostomia</i>. Contudo, o descritivo da proposta não deixa claro qual é o item ofertado, uma vez que o registro na ANVISA e o prospecto anexados referem-se a um <i>kit de gastrostomia endoscópica percutânea (GEP)</i>. Dessa forma, para prosseguimento da análise, solicita-se que a empresa confirme o nome e a descrição do item ofertado e apresente o registro na ANVISA e o prospecto condizentes com a proposta.

Resposta da diligência realizada: proposta Comercial Adequada - TYKHEMEDICAL (30286523).

Parecer final: a empresa ofertou *kit para gastrostomia endoscópica percutânea* e o edital exige *botton para gastrostomia*. Tratando-se de produto divergente do exigido no edital, a proposta está desclassificada por não atender ao instrumento convocatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 23/07/2026, às 08:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30293390** e o código CRC **487117C2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br