



MEMORANDO SEI N° 0019337697/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de dezembro de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 336/2023

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio, para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção ao memorando SEI nº 0019316943/2023 - SAP.LCT segue análise solicitada das diligências realizadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,	8.10.2 - Registro ANVISA para os itens 48, 49, 50 e 51	8.10.3 - Prospecto/Ficha Técnica/Imagem de site	Apontamentos na análise preliminar	PARECER

						42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, e 55				
3	24278 - ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTI- CEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2 ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.	Unidade	GUSTAVO CASTRO DA SILVA	PRO TORK / PRO TORK	De acordo	-----	-----	Prospecto não descreve "retrátil e reclinável"; "com lâmina corta fácil fixada no guidom".	Prospecto não descreve "retrátil e reclinável"; "com lâmina corta fácil fixada no guidom". Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Retrátil e reclinável; 2. Com lâmina corta fácil fixada no guidom.	Frente aos questionamentos, a empresa anexou nova ficha técnica, documento SEI nº 0019316890, que descreve: "7 estágios retrátil"; "reclinável"; "lâmina de corte de linha localizado no topo da antena". Proposta de acordo com as exigências do edital, classificada.
8	910204 - BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42.	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Workflex	Proposta descreve "cano curto" e edital exige "cano longo".	CA 39184 - válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Prospecto descreve cano longo.	O edital exige bota com cano longo. Na proposta é descrito "cano curto" mas o prospecto descreve "cano alto" e o CA é referente a bota cano longo. Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1- Cano longo	Empresa em diligência realizada afirma "A bota ofertada é cano longo". Proposta de acordo com as exigências do edital, classificada.
10	25842 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA	Par	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CARTOOM	De acordo	CA 15081- válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou, porém, não trás todas as informações exigias no edital.	Prospecto não descreve todas as exigências do edital. Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital:	Empresa não confirmou as exigências do edital: "Prezados pedimos desculpas pois o fabricante se

	HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO, PARTE EXTERNA COR PRETA, COM FORRAÇÃO EM TODA A PARTE INTERNA, GÁSPEA COM FORRO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, CANO COM ALTURA DE 85MM + 5%, PALMILHA COSTURADA AO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA DE 3MM + 10%, SOLADO EM PU BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DO TAMANHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO							<ol style="list-style-type: none"> 1. Couro vaqueta; 2. Curtido ao cromo; 3. Com forração em toda a parte interna; 4. Cano com altura de 85mm + 5%"; 5. Palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%; 6. Com gravação indelével do tamanho. 	equivocou na hora de passar o orçamento para nós e fomos verificar com eles agora de novo, e notamos esse erro que aconteceu. Peço desculpas pelo erro". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.	
14	912092 - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ELETRICIDADE. INJETADO EM PLÁSTICO, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS DENOMINADAS SLOT	PC	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	plastcor	Não descreve todas as exigências do edital.	CA: 31469 Válido, de acordo.	-----	Apresentou, porém, não ficou claro o atendimento a todas as exigências do edital, conforme informações a seguir: 1. Ficha indica jugular opcional; 2. Não descreve composição da carneira e edital exige "carneira injetada em plástico em polietileno de baixa densidade e alta resistência"	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- O item ofertado possui jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem?	Proposta desclassificada por não confirmar o atendimento das exigências do edital.

(PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS). COR "AZUL", CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER, COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM JUGULAR CONFECCIONADA COM FIVELA DE ENGATE RAPIDO TIPO TRIDENTE COM DOIS PONTOS DE APOIO E REGULAGEM. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

3. Não descreve as exigências do edital: "coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho, com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem".

2- O item possui carneira injetada em plástico em polietileno de baixa densidade e alta resistência?

3- O item possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho?

Na resposta dos questionamentos realizados anteriormente, a empresa não confirmou atender todas as exigências do edital, encaminhando o mesmo prospecto da proposta, que não deixa claro o atendimento aos seguintes pontos:

1- O item ofertado possui jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem;

2- O item possui carneira injetada em plástico em polietileno de baixa densidade e alta resistência;

3- O item possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e

									fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho. Considerando que a ficha apresentada não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital, reiteramos a necessidade da empresa confirmar (declarar) se o item ofertado atende ou não cada um dos pontos elencados acima.		
22	25846 - LANTERNA LUZ NEGRA USO: IDENTIFICAÇÃO DE ESCORPIÕES; TIPO LED COM LUZ ULTRAVIOLETA; QUANTIDADE DE LEDS: NO MÍNIMO 21; ALCANCE DE ILUMINAÇÃO: NO MÍNIMO 5 METROS; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO: ATRAVÉS DE PILHAS DESCARTÁVEIS OU BATERIAS; PESO MÁXIMO: 200 GRAMAS (SEM BATERIAS).	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	JYX LT 8860-EV4	De acordo	-----	-----	-----	Apresentou. Prospecto não descreve exigências do edital: 1. Quantidade de LEDS: no mínimo 21; 2. Alcance de iluminação: no mínimo 5 metros.	A empresa encaminhou o documento disponível no SEI nº 0019091781. Na resposta dos questionamentos realizados anteriormente, a empresa não confirmou atender todas as exigências do edital, encaminhando a ficha constante no documento SEI nº 0019091781; tal ficha não demonstra o atendimento aos seguintes questionamentos já elencados anteriormente: 1. Quantidade de LEDS: no mínimo 21; 2. Alcance de iluminação: no mínimo 5 metros.	Empresa em diligência realizada afirma "Bom dia. Solicitamos desclassificação do item, pois infelizmente não encontramos maneiras de comprovar que a lanterna atende ao solicitado referente a Quantidade de LEDS: no mínimo 21 e Alcance de iluminação: no mínimo 5 metros." Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

									Considerando que a ficha apresentada não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital, reiteramos a necessidade da empresa confirmar (declarar) se o item ofertado atende ou não cada um dos pontos elencados acima.	
25	30038 - Luva de PVC Cano Longo Luva de PVC cano longo, cor verde, palma da mão áspera, com no mínimo 65 cm de comprimento, tamanho 9,5, com CA - Certificado de Aprovação.	Par	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	plastcor	De acordo	CA 34570 - válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou. Prospecto descreve vários comprimentos de luva e não deixa claro qual será o comprimento da luva ofertada - edital exige "com no mínimo 65 cm de comprimento".	Prospecto descreve vários comprimentos de luva e não deixa claro qual será o comprimento da luva ofertada - edital exige "com no mínimo 65 cm de comprimento". Classificação da Proposta condicionada a empresa confirmar exigência do edital: 1. Com no mínimo 65 cm de comprimento.	Empresa em diligência realizada afirma "Confirmamos que o produto possui o tamanho de 70 cm. tamanho único 9,5." Proposta de acordo com as exigências do edital, classificada.

56	<p>40626 - AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p>	Unidade	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	VINILSEG/ EQUIVALENTE	Não descreve todas as exigências do edital. Apresentou CA 33301 válido.	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro medidas do avental e edital exige: "dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm".	<p>Prospecto não deixa claro medidas do avental e edital exige: "dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm".</p> <p>Classificação da Proposta condicionada a empresa confirmar exigência do edital:</p> <p>1. Dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm.</p>	<p>Empresa anexou novo prospecto - documento SEI nº 0019316815, que descreve: "medidas: 1,20 x 0,70 cm".</p> <p>Proposta de acordo com as exigências do edital, classificada.</p>
----	---	---------	---	-----------------------	---	-------	-------	---	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/12/2023, às 14:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019337697** e o código CRC **6B1BD0B8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.178577-1

0019337697v14