

MEMORANDO SEI Nº 30772001/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30757652 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Uni d. med ida	Forneced or	Marca	Descrit ivo de acordo com o edital?	8.10 - Registr o ANVISA	8.10.2 - Prospe cto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Am ostr as?	Parecer
	33	46200 - CONECTOR Y ADULTO SEM FURO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTOR PARA TRAQUEIA, UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM POLÍMERO ATÓXICO FORMATO Y COM DIÂMETROS EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM A CADA ENTRADA, AUTOCLAVÁVEL A 134º C.	UN	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ANDRA MED	De Acordo	80899380007 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 28/08/2026	Apresentou ou prospecto conforme memorando sei 30757646pág. 01 referente ao ao "Conector em Y s/ furo"	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA;								Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação pela empresa acerca das medidas das

39	CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO ; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	UN	COTACAO COM REPRESE NTACAO IMPORTA CAO E EXPORTA CAO LTDA	BECAR E	De Acordo	8080848 9010 Registro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 2	Apresent ou o prospect o ofertand o o item com: 3- Conector 22F / 15M nas duas entradas. O edital exige: "entrada 22 M / 15 F e saída: 22 F.	EXI GE	entradas do item ofertado. No retorno, a empresa reapresentou o documento anexado na proposta. Tratando-se de medidas padrão universal definidos pela ISO 5356-1, a confirmação do atendimento às medidas do edital serão confirmadas na análise do produto ofertado em aplicação na assistência direta aos pacientes. Proposta aprovada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
----	--	----	---	------------	--------------	---	---	-----------	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 02/09/2026, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30772001** e o código CRC **D9F3B846**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30772001v3