

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90188/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Bisturi elétrico | | | |
| Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 12 | Quantidade Mínima Cotada: | 12 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 35.402,45 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12) | | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Mesa cirúrgica | | | |
| Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Radiotransparente, Tipo Movimento Elevação: Elétrica-Hidráulica, Tipo Fixação: Base Em "T", Comando Movimento: Travas Auto-Reguláveis, Ajuste Automático, Capacidade: 450KG | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 71.250,00 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10) | | | |