

**MEMORANDO SEI Nº 27049730/2025 - HMSJ.SUP.CPA**

Joinville, 06 de outubro de 2025.

Ao
SAP.LCT

Assunto: Resposta à Análise Técnica - Pregão Eletrônico **334/2025**.

Objeto: Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, encaminhar a resposta para análise da proposta 27048867 referente ao Processo Licitatório SEI nº 25.0.129927-7, informamos:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Parecer
3	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 X 80 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR	Unidade	144.000	VOLARE COMERCIO LTDA	STERILEX SMS AZUL	A medida do material apresentada na proposta 75 cm x 75 cm é menor que a solicitada em edital 80 cm x 80 cm. Proposta reprovada

SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLLOW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGOS E ESTOUROS E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO							
---	--	--	--	--	--	--	--

DE PARTÍCUL AS, BARREIRA MICROBIA NA. MEDIDAS: 80 X 80 CM						
--	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 06/10/2025, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27049730** e o código CRC **ADC0C09C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.129927-7

27049730v5