



MEMORANDO SEI N° 0011836685/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 02 de fevereiro de 2022.

À
SAP.UPR

Considerando que a empresa INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI encaminhou as amostras do pregão 457/2021 no qual ao ser avaliado as amostras pela equipe técnica verificamos a empresa não seguiu o descritivo do edital no que tange:

*"912647 - grampeador linear cortante 75-80mm / 3.8mm grampeador linear cortante de 75-80 mm / 3.8mm, que permita corte e sutura simultâneos, recarregável com cargas intercambiáveis, **contendo grampos de titânio**, estéril, descartável, embalagem individual, número de lote, prazo de validade, registro no ministério da saúde e esterilização com validade mínima de 1 ano. cód sus = 0702050288"*

A empresa encaminhou as amostras sem os grampos de titânio conforme o edital, evidenciados nos anexos abaixo:

Amostra item 03 - 0011843074

Amostra item 04 - 0011843090

Amostra item 05 - 0011843124

Amostra item 06 - 0011843124

Amostra item 07 - 0011843133

Amostra item 08 - 0011843140

Protocolo de amostras INFINITY 0011800523

Considerando a amostra do item 07 já teve parecer reprovado pela equipe técnica conforme anexo 0011692337 *"Grampeamento muito difícil, duro, a faca não evolui sobre o tecido"*

Considerando a amostra do item 08 também com parecer técnico reprovado conforme anexo 0011692347 *"corte ruim de grampo"*

Considerando que a empresa quando participou do pregão 284/2020 SEI 20.0.079872-6 também já teve as mesmas amostras reprovadas por não atender ao descritivo do edital, conforme anexos:

Código SUS 910714 anexo 7618965

Código SUS 912647 anexo 7618973

Código SUS 912649 anexo 7618983

Código SUS 912206 anexo 7618993

Código SUS 912646 anexo 7618999

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 04/02/2022, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011836685** e o código CRC **B64F9F6D**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.179131-0

0011836685v15

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 21/01/2022 – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL |
|-----------|---|
| LOTE 2 | 910714 - CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 75-80 MM / 3.8MM CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE RECARGA DE 75-80 MM / 3.8MM, GRAMPOS DE TITÂNIO PARA TECIDO NORMAL, ESPESSO E DELICADO, COMPATÍVEL COM O GRAMPEADOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. CÓD SUS = 0702050040 |
| ITEM 3 | |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10360810045

LOTE: GLC8038071

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 NÃO MOTIVO: _____

Item atende o descritivo, porém grampeador parte do lote foi reprovado.

Rosimere B. Gomes = Coren: 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022

Claudio Alberto Gaspar
 Coren 219925

02/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 21/01/2022 – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL |
|----------------------------|---|
| LOTE 2 ITEM 4 | 912647 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80MM / 3.8MM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 75-80 MM / 3.8MM, QUE PERMITA CORTE E SUTURA SIMULTÂNEOS, RECARREGÁVEL COM CARGAS INTERCAMBIÁVEIS, CONTENDO GRAMPOS DE TITÂNIO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. CÓD SUS = 0702050288 |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10360810045

LOTE: GMLC80036

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE AVALIADA: 01

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 () NÃO MOTIVO: _____

Produto não atende o descritivo
 tem sem carga com grampos no grampeador.

Rosimere B. Jesus = CORN: 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022

Claudio Alberto Gaspar

CORN 219925

02/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL LOTE 3 |
|------|--|
| 5 | 912649 – CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 55-60 / 3.8MM GRAMPOS DE TITÂNIO PARA TECIDO NORMAL, ESPESSO E DELICADO, COMPATÍVEL COM O GRAMPEADOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NÚMERO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MINÍMA DE 1 ANO COD SUS 0702050040 QUANTIDADE MINIMA CONSIGNADA:3 |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GLC6038059

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 02

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 NÃO MOTIVO: _____

*Item atende o descritivo, porém
grampeador parte do lote foi reprovado*

Rosimere B. Lopes = Colem : 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022

Claudio Alberto Gaspar

colem 219.925

02/02/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL LOTE 3 |
|------|--|
| 6 | 912206 – GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55-60MM / 3.8MM, QUE PERMITE CORTE E SUTURA SIMULTÂNEO, RECARREGÁVEL COM CARGA INTERCANBIÁVEIS, CONTENDO GRAMPOS DE TITÂNIO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 1 ANO COD. SUS 0702050288. QUANTIDADE MINIMA CONSIGNADA:3 |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GML60026

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 NÃO MOTIVO: _____

*Produto não atende o descrito
 tem sem carga com grampos no grampeador*

Rosineu B. Gomes. Coren: 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022.

*Claudio Alberto Gaspar
 coren 219925
 02/02/2022*

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL LOTE 4 |
|------|--|
| 7 | 912646 – GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80MM / 4.8MM, QUE PERMITE CORTE E SUTURA SIMULTÂNEA, RECARREGÁVEL COM CARGAS INTERCAMBIÁVEIS, CONTENDO GRAMPOS DE TITÂNIO , ESTÉRIL, DESCRTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE , REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO. COD. SUS 0702050288. QUANTIDADE MINIMA CONSIGNADA 5 |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GMLC80036

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 NÃO MOTIVO: _____

*Produto não atende o descritivo
vem sem carga com grampos no grampador.*

Rosimere B. Jones = COREN: 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022

*Claudio Alberto Gaspar
COREN 219925
02/02/2022*

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

| ITEM | MATERIAL LOTE 4 |
|------|--|
| 8 | 912649 – CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 75-80 / 4.8MM GRAMPOS DE TITÂNIO PARA TECIDO NORMAL, ESPESSO E DELICADO, COMPATÍVEL COM O GRAMPEADOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NÚMERO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MINÍMA DE 1 ANO COD SUS 0702050040 QUANTIDADE MINIMA CONSIGNADA: 10 |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GLC8048039

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 02

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 NÃO MOTIVO: _____

Item atende o descritivo, porém grampeador parte do lote foi reprovado.

Rosimer P. Gomes = Coren: 393.653

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 02/02/2022

*Claudio celbuto gaspar
Coren 219925
02/02/2022*