



MEMORANDO SEI Nº 27089539/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 340/2025
Objeto: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar

Em atenção ao memorando SEI nº 27088036, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	Parecer
5	23182 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS INFANTIL, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCA	Jogo	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	MEDLINK	ODM-DE0062E (P)	A proposta descreve informações divergentes, "com cabo de no mínimo 180 cm" e a informação "cabo de conexão de 1,20 cm".	80415610039-Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	A proposta descreve duas medidas do cabo e na ficha técnica não há informações do comprimento do cabo para certificar a medida do cabo do produto ofertado.

RTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED								Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- Qual o comprimento do cabo do produto ofertado?
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/10/2025, às 15:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27089539** e o código CRC **CF7BF4F8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br