

MEMORANDO SEI Nº 25462069/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25458392, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA
1	909697 - CAL ABSORVEDORA DE CO2 CAL ABSORVEDORA DE CO2 = ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ANESTESIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE CO2. FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA E HERMETICAMENTE FECHADA COM 4,3 A 4,5 KG.	GAL	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRASORB PHARMA	Proposta descreve "embalagem lacrada e hermeticamente fechada com 5 litros"; edital exige "4,3 a 4,5kg".	8104587 Registro ativo, confirma no Portal ANVISA.
	25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS					

54	RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUCOES DE USO.	Unidade	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RS MED MAXX CHAMBER ADULTO	De acordo	8047075 registro confirma no Portal ANVISA.
55	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	Unidade	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RS MED MAXX CHAMBERA DULTO	De acordo	8047075 registro confirma no Portal ANVISA.
	917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO					

56	RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO	UNID	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RS MED MAXX CHAMBERI NFANTIL	De acordo	8047075 registro confirma no Portal ANVISA.
68	913319 - MASCARA PARA NEBULIZACAO TAMANHO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA MASCARA PARA USO EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS, AJUSTAVEL AO DIAMETRO DO PESCOCO ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FOYOMED	De acordo	1015047 registro confirma no Portal ANVISA.
69	910268 - MACRONEBULIZADOR OXIGENIO COMPLETO MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONJUNTO COMPLETO PARA INALACAO COM TAMPA, HASTES E CONEXOES FABRICADAS EM NYLON COM FIBRAS. FRASCOS DE POLICARBONATO 500ML, TRAQUEIA CORRUGADA ATOXICA DE 1,20M E MASCARA FACIAL ADULTO EM PVC. COM TRAQUEIA DE PVC ATOXICO. IDENTIFICACAO	PC	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT40-DPC 1 Copo 500 ml; 1 Traquéia PVC cristal atóxico - 22 x 1200 mm; (Bocais Verde) ;1 Máscara Facial PVC Flexível	De acordo	8067704 registro confirma no Portal ANVISA.

	NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSVEL TECNICO.			tipo tenda.		
107	2133 - LINHA DE AMOSTRA DE GASES LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE NO MÍNIMO 03 METROS COMPATIVEL COM ANALISADOR DE GASES SCIO FOUR OXI PLUS DO MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA	Peças	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT163P3000MM	De acordo	8067704 Registro Ativo, confirma no Porta ANVISA.
110	28836 - CONECTOR PARA AEROSSOLTERAPIA MDI (PUFF) ADULTO PARA USO EM CIRCUITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO AEROSSOL EM PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDIDAS: 22 MM INTERNA DE UM LADO E 22 MM EXTERNA X 15 MM INTERNA DO OUTRO LADO. DEVERÁ POSSUIR SETA INDICANDO A DIREÇÃO DO SPRAY DE MEDICAÇÃO; COMPATÍVEL COM FRASCOS DE MDI PADRÃO; COMPATÍVEL A TODO TIPO DE CIRCUITO VENTILATÓRIO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA; POSSUIR TAMPA À PROVA DE VAZAMENTOS OU ENTRADA DE POEIRA; ORIFÍCIO PARA COLOCAÇÃO DO MDI UNIVERSAL.	Unidade	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT33	De acordo	8067704 Registro Ativo, confirma no Porta ANVISA.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25462069** e o código CRC **88C42AC8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25462069v3