

MEMORANDO SEI Nº 30395552/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de agosto de 2026.

A
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 112/2026.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30385257 segue a análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer final
16	Exclusivo	909816 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 0 AG 3,5 a 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo 3,5a 3,7 cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo P800MR35	De acordo	10243410014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 16 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385182. Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
30	Exclusivo	47030 - FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 2-0 AG 2,5 CM A 3,0 CM GASTR FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO, COR AZUL, ESPESSURA 2-0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 2,5CM A 3,0CM, GASTR., ESTÉRIL,	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo A920MR25	De acordo	10243410016, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item

		EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.							30 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385190. Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
42	Exclusivo	909773 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 S/AG FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT), ESPESSURA 3-0, COM 150CM DE COMPRIMENTO SEM AGULHA, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo S1130	De acordo	10243410012, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 42 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385196. Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
45	Exclusivo	47037 - FIO LINHO 0 AG 3CM A 3,1CM GASTR. FIO CIRÚRGICO LINHO BRANCO, ESPESSURA 0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO DE 3,0CM A 3,1CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo L200CR30	De acordo	10243410011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 45 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385202. Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
									Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa

54	Exclusivo	47040 - FIO MONONYLON 3-0 AG 3,50 CM A 4,0 CM ATRAUM.CILÍNDRICA FIO CIRÚRGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO ATRAUMÁTICA, MEDINDO DE 3,5 A 4,0CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo N530MT40	De acordo	10243410022 Não analisado	Apresentou, porém o modelo ofertado N530MT40 apresenta 45 cm de comprimento, enquanto o edital exige 75 cm de comprimento.	----- Resposta da diligência: item 54 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385210. Parecer final: o modelo ofertado N530MT40 apresenta 45 cm de comprimento, enquanto o edital exige 75 cm de comprimento. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
61	Exclusivo	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON Modelo N750CRV13	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45CM	10243410009, registro ativo, com medida cautelar vigente, com suspensão de distribuição, comercialização e uso para o lote nº 1070222138 - confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou	----- Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 61 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356427 e se manifestou no chat da plataforma Comprasnet, conforme segue: O código é N750CRV13. Parecer final: o registro ANVISA do item apresenta medida cautelar vigente, com suspensão de distribuição, comercialização e uso para o lote nº 1070222138.

									Classificação condicionada a empresa confirmar que não irá ofertar produto do lote com medida cautelar vigente.
70	Exclusivo	909788 - FIO POLIESTER 5 AG 4,7CM A 4,8CM CARDIOV. Fio cirurgico de poliester trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, medindo 4x75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo de 4,7cm a 4,8cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON V405MTF47	De acordo	10243410023, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 70 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385218. Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
71	Exclusivo	47046 - FIO POLIÉSTER 5 AG 4,7 CM A 5,0 CM PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA FIO CIRÚRGICO DE POLIÉSTER COR VERDE, ESPESSURA 5 COM AG 1/2 CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICA E PONTA TRIANGULAR, MEDINDO DE 4,7 A 5,0 CM, COMPRIMENTO 75CM, ORTOPÉDICO. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30MM	10243410023, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.	Apresentou no documento SEI nº 30356432 vários modelos, porém indicou na diligência realizada o modelo N705MTF47 que não consta do prospecto.	----- Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 71 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385242 e se manifestou no chat da plataforma Comprasnet, conforme segue: O código é N705MTF47. Parecer final: a empresa indicou o modelo N705MTF47 que

									não consta do prospecto. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme qual modelo está sendo ofertado.
73	Exclusivo	47047 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 3,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N ° 3.0, MEDINDO DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 3,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON Modelo S730CR30	De acordo	10243410013 registro ativo, com medida cautelar vigente, com suspensão de distribuição, comercialização e uso para o lote nº 2391124290 - confirmado no Portal ANVISA em 04/08/2026.	Apresentou, porém o modelo ofertado S730CR30 apresenta ponta cilíndrica e o edital exige ponta triangular.	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 73 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30385226. Parecer final: a empresa indicou no documento SEI nº 30385226 pág. 2 o modelo S730CR30 que apresenta ponta cilíndrica e o edital exige ponta triangular. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
74	Exclusivo	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N ° 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	Envelope	M A M VIDAL LTDA	SHALON Modelo S730MT20	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE	10243410013, registro ativo, com medida cautelar vigente, com suspensão de distribuição, comercialização e uso para o lote nº 2391124290 -	Apresentou - SEI nº 30356437.	Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 74 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o

		EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.				70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA,	confirmado no Portal ANVISA em 03/08/2026.		documento apresentado no SEI nº 30385250 e se manifestou no chat da plataforma Comprasnet, conforme segue: S730MT20 - esse é o código desse. Parecer final: o registro ANVISA do item apresenta medida cautelar vigente, com suspensão de distribuição, comercialização e uso para o lote nº 2391124290. Classificação condicionada a empresa confirmar que não irá ofertar produto do lote com medida cautelar vigente.
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 04/08/2026, às 09:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30395552** e o código CRC **E62D1572**.