



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013237074/2022 - SES.UFL.LAB

Joinville, 13 de junho de 2022.

À Secretaria de Administração de Planejamento - SAP
Pregoeiro Marcio Haverroth

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 189/2022

O b j e t o : Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezado,

Informamos que a amostra recebida da empresa **MEDICAL CHIZZOLINI LTDA** referente ao **item 5** foi **APROVADA** conforme Parecer Técnico 0013239064.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Simone Sabel Zabel, Coordenador (a)**, em 13/06/2022, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013237074** e o código CRC **B87B1E4E**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO Nº 03/2022

Material: Tubo para coleta de sangue à vácuo com Fluoreto de Sódio + EDTA 4,0 mL

Quantidade Enviada: 10 unidades

Marca: Sol-M Soyagreentec

Lote: 072317

Validade: 30/04/2023

Setor Avaliador: Coleta

Período da Avaliação: Junho/2022

1. As características físicas do material está de acordo com o padrão?

SIM () NÃO

2. A tampa veda bem?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

() SIM () NÃO NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

5. Boa visualização do material?

SIM () NÃO

6. É de material resistente?

SIM () NÃO

7. Boa segurança no manuseio?


SIM () NÃO

Avaliação: Aprovado

() Reprovado

Avaliadores:


LABORATÓRIO MUNICIPAL
Michelle R. A. Cordeiro
Mat. 44143



Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas



Marcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas



Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do Hospital São José