



MEMORANDO SEI Nº 0019983848/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **581/2023**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019980327), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/ Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
56	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30 GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM.	Peças	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	EXIGE	Apresentou descrição resumida.	81045420001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi solicitado a confirmação do atendimento das seguintes exigências do edital: - Que o item ofertado possui retenção de partículas de até 0,04 micra. A empresa apresentou documentação complementar constante no documento SEI nº 0019979364. Na página 3 de tal documento é indicado retenção de partículas de 0.1-0.3 micra, tamanhos

	EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.							maiores que o exigido no edital. Proposta reprovada.	
57	24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARÇAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,99999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	EXIGE	Apresentou descrição resumida.	81045420001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi solicitado a confirmação do atendimento das seguintes exigências do edital: 1- capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro; 2- Permanência em uso: no mínimo 24 horas. A empresa apresentou documentação complementar constante no documento SEI nº 0019979364. Na página 7 é indica uso de 24 horas. Acerca do tamanho de partículas, a documentação não indica tal medida, porém, não contradiz o edital. Desta forma, opta-se por solicitar a apresentação de amostra para a análise do item proposto.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 14:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019983848** e o código CRC **C2626998**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0019983848v5