



MEMORANDO SEI Nº 0023895719/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 11 de dezembro de 2024.

À
SAP.LCT
C/C
HMSJ.CAOP
HMSJ.DNIR.ALA

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **518/2024**.
Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos laboratoriais, para a Secretaria da Saúde e Hospital São José de Joinville

Prezado(a) Senhor(a),

Segue a análise solicitada para o **item 2**, do Processo Licitatório SEI nº 24.0.229325-4/;

c) quanto aos documentos de habilitação, nos termos da Lei 14.133/2021 e do Edital, conforme SEI :

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
2	25734 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL MACROCENTRÍFUGA MICROPROCESSADA DIGITAL DE BANCADA. PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA CENTRIFUGAÇÃO DE DIFERENTES AMOSTRAS E VOLUMES, COM A FUNÇÃO DE SEPARAR AS AMOSTRAS CONTIDAS NOS TUBOS NELA INSERIDOS, FAZENDO COM QUE A PARTE LÍQUIDA DA AMOSTRA SEJA SEPARADA DA PARTE SÓLIDA. CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Pág. 126 SEI 0023806508 - válida até 10/04/2025	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Documentação de habilitação aprovada

ANTICORROSIVA, ACESSO AMPLO À CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR. COM CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA NO MÍNIMO 36 TUBOS DE 10 ML, EM MATERIAL RESISTENTE NA ÁREA DE CENTRIFUGAÇÃO. TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, PAINEL DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E TECLADO, FREIO AUTOMÁTICO OU ACIONADO ATRAVÉS DO TECLADO. MOTOR POR INDUÇÃO LIVRE DE ESCOVAS, COM ROTOR DE ÂNGULO FIXO (ANGULAR). SENSORES DE DESBALANCEAMENTO, TAMPA ABERTA E VARIAÇÃO DE TENSÃO. AJUSTE DE TEMPO (TIMER) REGULÁVEL NO MÍNIMO DE 1 A 99 MIN. CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 500 A 3.500 RPM, AJUSTE DE VELOCIDADE DE 100 EM 100 RPM OU INFERIOR. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50/60 HZ. COM CABO DE ENERGIA E PLUG CONFORME ABNT NBR VIGENTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.				
---	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 12/12/2024, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023895719** e o código CRC **4A6A27F1**.