



MEMORANDO SEI Nº 26992460/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 26986440, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprase net)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospeção, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
4	Exclusivo 25%	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO EXTENSO	Unidade	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	SENSINOV HUBER	Sem indicação de modelo na proposta.	De acordo.	81840549014 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	Exige	Na análise anterior, foi solicitado que a empresa informasse a referência do produto que está ofertando. No retorno a empresa

		R. CANULA EM ACO SILICONI ZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRA ÇÃO. TUBO EXTENSO R TRANSPA RENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTO R LUER- LOCK E TAMPA PROTETO RA. ESTERIL, EMBALA GEM INDIVIDU AL COM DADOS DE IDENTIFI CAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICA ÇÃO E VALIDAD E REGISTR O ANVISA E RESPONS AVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%							informou: "Boa tarde, Sr Pregoeiro , conforme informado anteriorm ente, nosso modelo é o SHU- 2025CHY, está na segunda tabela da ficha técnica, "CÂNUL A HUBER DUPLA VIA COM I CONNECT OR VALVULA DO RESISTE NTE A 330PSI DE PRESSÃO - SENSIPO RT". Proposta de acordo com o edital, classifica da. Haverá necessida de de apresentar amostra.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2025, às 07:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26992460** e o código CRC **06B66A91**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

26992460v3