



MEMORANDO SEI Nº 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de janeiro de 2024.

À

SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 473/2023.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0019806374), segue a análise técnica da proposta apresentada pela empresa Techsteri Ltda para os itens 3, 15 e 19:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	8.10.1-Registro Anvisa	8.10.2-Prospecto/ Ficha Técnica	Parecer
3	24688 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS ESCOVA COM CABO PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO DE 17 A 18 MM E CERDAS EM NYLON MEDINDO 2,5 E 3,5 MM EM DUAS PONTAS, UMA COM TRÊS FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM APENAS UMA FILEIRA, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS.	Unidade	TECHSTERI LTDA	NACIONAL/ TSI-D01	Isento	Não apresentou	Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital
15	13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON ANTIMICROBIANAS PARA LIMPEZA PESADA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 15 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EVITAR DOBRAS MEDINDO DE 40 A 50CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	TECHSTERI LTDA	NACIONAL/ TSI-S600-15	Isento	Não apresentou	Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital
19	24696 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ESCOVA COM CABO PLASTICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM CERDAS DE AÇO EM INOX, MEDINDO DE 35 MM A 40 MM DE COMPRIMENTO E AS CERDAS 10 MM A 12 MM	Unidade	TECHSTERI LTDA	NACIONAL/ TSI-T004	Isento	Não apresentou	Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/01/2024, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019845392** e o código CRC **28044EEB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.228613-2

0019845392v4