



ANÁLISE SEI Nº 27840121/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de dezembro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 346/2025

ITEM 1 - 22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE

DESCRIÇÃO	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
FORNECEDOR	Maxximed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
MARCA	Maxximed CLICKTEST IB 3 H
REGISTRO ANVISA	N/A
LOTE	VF03H1125 - 134/25
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	10 AMPOLAS + INCUBADORA + IMPRESSORA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

As amostras foram enviadas ao PA Norte e os testes foram realizados pelos profissionais responsáveis pela Central de Materiais e Esterilização (CME).

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 12/12/2025, às 08:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27840121** e o código CRC **34EE0A3E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.138465-7

27840121v4