

MEMORANDO SEI Nº 30553938/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 14 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise de Amostras - Pregão Eletrônico nº 289/2026.**Objeto:** Aquisição de Sondas e Coletores.

Prezados,

Em atenção ao Convocação SEI nº 30191981, segue a relação de amostras recebidas e analisadas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Empresa	Parecer
18	25697	SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 30553935.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2026, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30553938** e o código CRC **7A1BAF25**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.127334-2

30553938v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 289/2026

ITEM: 18

25697 - SONDA DE ALIMENTACAO POR GASTROSTOMIA SILICONE NR 20 PARA PACIENTE ADULTO, EM SILICONE, ISENTA DE LÁTEX, CALIBRE 20 FR, COM BALÃO NA PORÇÃO DISTAL COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA; 3 VIAS, UMA PARA INSUFLAR O BALÃO, UMA PARA ADMINISTRAR DIETA ENTERAL E UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: VITAL

LOTE: 20250305

REGISTRO (ANVISA): 10296909031

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *A princípio adequada. É possível avaliação no relato do paciente, sua mãe e médico*

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: *Diante do uso, colocação num primeiro momento, sonda adequada. Não foi possível avaliar durabilidade da sonda*

DATA: 13/08/2026

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

 **GastroCentro**
Dra. Juliana Polido de Araújo
Especialista em Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva