



MEMORANDO SEI Nº 0020156970/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 0020151207 segue análise técnica solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Descritivo de acordo com o edital? | 8.10.1 - Registro ANVISA | 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Print de Tela | 11 - Amostras | Parecer |
|------|---|--------------|--|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------|--|
| 44 | 910475 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA | PC | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | SAFER mod. 050050.c | De acordo | 10150470591, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---------------------|-----------|---|---|---|--|
| | ANVISA. | | | | | | | | |
| 45 | <p>910923 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | PC | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | SAFER mod. 050050.c | De acordo | 10150470591, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | <p>Apresentou Prospecto indica "Código 050050.C Cânula Traq. C/Bl 5,0mm Safer" e "050055.C Cânula Traq. C/Bl 5,5mm Safer" proposta indica como modelo ofertado "mod. 050050.c", ou seja, com balão 5.0. Descritivo exige "com balão 5.5".</p> | <p>Empresa ofertou modelo 050050.c, que possui "balão 5.0", porém, o edital exige "balão 5.5".</p> <p>Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.</p> | |
| 62 | <p>910849 - MASCARA LARINGEA 2.0 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, AUTOCLAVAVEL QUE PERMITA A ESTERILIZACAO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES, DE TAMANHO NR.2, USADO EM LACTANTES DE 6,5KG ATE A IDADE ESCOLAR DE 20 KG. O MATERIAL DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE PARA IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO NUMERO DO LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> | PC | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | LUKE LM2010GS2/ | De acordo | 80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | <p>Apresentou</p> | <p>Proposta de acordo com o edital, Classificada.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|-----------------|-----------|---|--|-------|--|
| 63 | 910850 - MASCARA LARINGEA 2.5 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, AUTOCLAVAVEL QUE PERMITA A ESTERILIZACAO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES, DE TAMANHO NR.2,5 USADO EM LACTANTES DE 20KG ATE A IDADE ESCOLAR DE 30 KG. O MATERIAL DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE PARA IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO NUMERO DO LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | LUKE LM2514GS2/ | De acordo | 80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 64 | 17016 - MASCARA LARINGEA 3.0 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÈDICO Nº 3,0, AUTOCLAVÁVEL QUE PERMITA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES. EMBALAGEM NÃO ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | Peça | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | LUKE LM3020GS2/ | De acordo | 80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 65 | 12847 - MASCARA LARINGEA 4.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE | Peças | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | LUKE LM4030GS2/ | De acordo | 80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. Não descreve todas as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de | ----- | Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de epiglote para facilitar a |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|------------------------|-----------|--|---|---|
| | <p>EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | | | | | | <p>epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen;</p> <p>4. Isento de látex.</p> | <p>limpeza e o acesso através do lúmen;</p> <p>4. Isento de látex.</p> |
| 66 | <p>12848 - MASCARA LARINGEA 5.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 5,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORÇADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | Peças | <p>CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</p> | <p>LUKE LM5040GS2/</p> | De acordo | <p>80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.</p> | <p>Apresentou.</p> <p>Não descreve todas as exigências do edital:</p> <p>1. Não aramada;</p> <p>2. Com ponta reforçada para evitar dobras;</p> <p>3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen;</p> <p>4. Isento de látex.</p> | <p>Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende as exigências do edital:</p> <p>1. Não aramada;</p> <p>2. Com ponta reforçada para evitar dobras;</p> <p>3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen;</p> <p>4. Isento de látex.</p> |
| 96 | <p>910808 - SONDA ROBERT SHAW Nº 35 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 35, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME</p> | PC | <p>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</p> | <p>BCI</p> | De acordo | <p>10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.</p> | De acordo | <p>Proposta de acordo com o edital, Classificada.</p> |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|-----|-----------|---|-----------|-------|--|
| | TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | | | | | | | | |
| 97 | 910809 - SONDA ROBERT SHAW Nº 37 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 37, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 98 | 910812 - SONDA ROBERT SHAW Nº 39 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 39, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|-----|-----------|---|-----------|-------|--|
| 99 | 910814 - SONDA ROBERT SHAW Nº 41 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 41, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 100 | 910738 - SONDA ROBERT SHAW Nº 41 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO Nº 41, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 101 | 910727 - SONDA ROBERT SHAW Nº35 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|-----|-----------|---|-----------|---|
| | SHAW, ESQUERDO, Nº 35. COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA. | | | | | | | |
| 102 | 910736 - SONDA ROBERT SHAW Nº37 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO Nº 37, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 103 | 910737 - SONDA ROBERT SHAW Nº39 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO, Nº 39, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI | De acordo | 10297020039, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | De acordo | ----- Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA. | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

d) com relação ao item 75, segue nova análise técnica após diligência realizada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Descritivo de acordo com o edital? | 8.10.1 - Registro ANVISA | 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Print de Tela | 11 - Amostras | Parecer prévio | Diligência realizada | Parecer final |
|------|---|--------------|--|------------|------------------------------------|---|--|---------------|--|---|--|
| 75 | 25776 - SONDA CARLENS Nº 37 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | Unidade | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900089, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Registro ANVISA descreve itens com ou sem gancho de carina e ficha técnica não descreve qual modelo será ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado está de acordo com a exigência do edital: "com gancho de carina". | <i>Empresa descreve que item ofertado é com gancho de carina - documento SEI nº 0020145343.</i> | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/02/2024, às 12:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020156970** e o código CRC **11D406BA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0020156970v11