



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais médicos hospitalares, a serem utilizados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal São José de Joinville

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 29 de janeiro de 2020 às 15h16min (documento SEI 5548953).

1º Questionamento: "A descrição solicita que o equipamento tenha 12 canais, porém não deixa claro que a impressão em 12 canais deverá ser direto no console, isto é no próprio equipamento. É um fator de extrema importância, pois o canal é o principal parâmetro do Eletrocardiógrafo, ele tem a função de definir o tempo de leitura de uma derivação para outra e a forma de impressão do exame. Tais exigências devem ser requisitadas, pois existem no mercado marcas que supostamente alegam que realizam a impressão em 12 canais, mais para isto acontecer, necessitam de um software instalado em um computador para uso exclusivo do equipamento e impressora externa. Desta forma apenas comprova que os próprios não possuem suporte para realizar a impressão no próprio equipamento, além de gerar mais custos adicionais para o órgão que podem oferecer prejuízos e causar irregularidades no processo....A descrição solicita: 1. PAPEL MILIMETRADO DE NO MÍNIMO 50 MM, 2. ROLOS OU PACOTES SANFONADOS EM Z DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. Conforme solicitado o eletrocardiógrafo 12 canais a impressão é no formato A4, pois no exame 12 canais todas as derivações são exibidas e registradas em uma única página. O papel solicitado com tamanho de 50 mm é um rolo pequeno que possui suporte para impressão de 1 a 3 derivações por folha apenas, não tendo capacidade para realizar a impressão em 12 canais"

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: "O equipamento deve atender no mínimo o que é solicitado no descritivo... **"IMPRESSORA INTEGRADA, TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO DE PAPEL MILIMETRADO DE NO MÍNIMO 50 MM, COM REGISTRO QUE INDIQUE: DATA, HORA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, VELOCIDADE, AMPLITUDE, DERIVAÇÃO, ATUAÇÃO DOS FILTROS"**..., onde fica claro o uso da palavra Integrada que tem seu significado: (Integrada é o feminino de integrado. O mesmo que: adaptada, incorporada, unida.), indicando assim que o sistema de impressão deve fazer parte do equipamento. E sobre o papel o tamanho mínimo é de 50 mm, e no caso o papel em formato de rolo, a impressão das 12 derivações é sequenciada, no caso do papel sanfonado a impressão é em grupos de 03 derivações sequenciadas e no caso do papel A4, as 12 derivações são impressas em uma única sequencia, tendo o tamanho de sua impressão no modelo "tipo de exemplo DII longo". O equipamento de ECG com impressão em A4, com o sistema de impressora integrada pode participar da disputa, não podendo participar equipamento com impressão em papel com tamanho inferior a 50 mm."

Atenciosamente,

Pregoeiro,
Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 29/01/2020, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5550014** e o código CRC **58DC20F8**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.004251-4

5550014v2