

Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU PREGÃO ELETRÔNICO nº 077/2020

Objeto: Aquisição de eletrodos para Desfibrilador Externo Automático para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 5629648. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 5648621.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 10 de fevereiro de 2020 às 12h38min (documento SEI 5629635).

1º Questionamento: "Dispõe – LOTE 1 E 2 – ELETRODO PARA DESFIBRILADOR - PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2020. - Visualizamos que o descritivo está incompleto: – No caso de eletrodo para desfibrilação, e necessário orientar os participante sobre o modelo e tipo de conector. As pás de choque adesivas ensaiadas em laboratório e aprovadas, são as descritas abaixo: MODELO F7988W/CM – Pás de choque adevisas – DEA Adulto – (PRETO) MODELO F7988PW/CM – Pás de choque adevisas – DEA Infantil (PRETO) MODELO F7959W – Pás de choque adevisas – DEA Adulto – (AZUL E BRANCO) MODELO F7959/PW – Pás de choque adevisas – DEA Infantil (AZUL E BRANCO) Para eletrodos DEA CMOS Drake (LIFE 400 FUTURA), o mesmo possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada dos conectores para os eletrodos são DIFERENTE, conforme imagem abaixo: (...) Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo do (s) EQUIPAMENTO (S) está sendo realizado a licitação".

Resposta da área técnica: No pedido de esclarecimento, a empresa aponta que os equipamentos DEA CMOS Drake LIFE 400 FUTURA possuem dois modelos fabricados, sendo um modelo para eletrodo com conector preto e um modelo com conector azul e branco; por fim, a empresa solicita que o órgão informe para qual modelo dos equipamentos está sendo realizado a licitação.

Colhe-se do anexo I do edital:

Item	Material/Serviço
	23523 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO

DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.

23524 - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM DESCARTÁVEIS. COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.

23568 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE - CONECTOR AZUL/ BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.

Em resposta ao questionamento da empresa, informamos que o item 3 é com conector AZUL/BRANCO, conforme descrito no item e os itens 1 e 2 são com conector PRETO.

Atenciosamente,

Pregoeiro, Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ





Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a), em 12/02/2020, às 16:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5657546 e o código CRC EE1BF2A4.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.006506-0

5657546v3