

MEMORANDO SEI Nº 26404857/2025 - HMSJ.UTE.CPA

Joinville, 11 de agosto de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 284/2025.**Objeto:** Contratação de Empresa para locação de bombas de infusão com fornecimento de equipamentos para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Documento SEI nº 26237547, venho por meio deste, encaminhar a análise das amostras referente ao Processo Licitatório SEI nº 25.0.102228-3:

Item	Material/Serviço	Unidade	Quantidade de Amostras	Parecer
1	41034 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE LÁTEX E DEHP EQUIPO ESPECÍFICO PARA DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, LIVRE DE LÁTEX E DEHP NA COR LILÁS COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4782
2	41037 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4791
3	41038 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4800
4	41039 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4811
5	41040 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4822

	LÁTEX E PVC.			
6	41041 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4832
7	41042 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. POSSUIR FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.ACEITA-SE O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA SEPARADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO.	Unidade	04	Aprovado - SEI 2640 4842
8	33480 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA BOMBA DE INFUSÃO COM SISTEMA DE INFUSÃO LINEAR, MICROPROCESSADA, PARA INFUSÃO POR VIA ENTERAL E PARENTERAL, QUE UTILIZE DESCARTÁVEL, COM TRECHO DE SILICONE DE GRAU MÉDICO, CORTA FLUXO DEDICADO. A BOMBA DEVE APRESENTAR, AO MENOS, CINCO MODOS DE PROGRAMAÇÃO, INCLUINDO: VOLUME X TEMPO, VOLUME X VAZÃO, PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE, VAZÃO. BIBLIOTECA DE DROGAS INTELIGENTE, OS LIMITES PARA OS PARÂMETROS DE INFUSÃO DEVEM SER: VOLUME LIMITE: 0,1 A 9999,9 ML, VAZÃO LIMITE: 0,1 A 1200 ML/H, TEMPO LIMITE: 99H59MIN. A BOMBA DEVE PERMITIR AJUSTES DE VAZÃO E VOLUME EM BOLUS E AJUSTE DE VAZÃO EM KVO. ENTRE AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS, DEVE-SE INCLUIR: SENSOR DE GOTAS (OPCIONAL), AJUSTE DE DATA E HORA, VOLUME SONORO AJUSTÁVEL, BLOQUEIO DE TECLADO, DADOS DA ÚLTIMA INFUSÃO, LISTA DE DROGAS (MÍNIMO DE 150 DROGAS), AJUSTE DE OCLUSÃO EM PELO MENOS 3 NÍVEIS, AJUSTE DOS SENSORES DE GOTAS, AR, CAPACIDADE DE ALTERAR A VAZÃO SEM INTERROMPER A INFUSÃO, FUNÇÃO DE ZERAR VOLUME. O SENSOR DE AR NA LINHA DEVE TER, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE AJUSTE. O DISPLAY COLORIDO DEVE APRESENTAR: VOLUME INFUNDIDO, VOLUME RESTANTE, TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA, INDICADOR GRÁFICO DE GOTEJAMENTO, INDICADOR DE PRESSÃO E BLOQUEIO DE TECLADO. OS ALARMES VISUAIS E SONOROS DEVEM COBRIR: FIM DE BATERIA, FIM DE INFUSÃO, FIM DE VOLUME DO FRASCO, INFUSÃO INTERROMPIDA, OCLUSÃO, AR NA LINHA, PORTA ABERTA, BATERIA BAIXA E CRÍTICA, ERRO DE PROGRAMAÇÃO, VAZÃO LIVRE, KVO, BOMBA SEM EQUIPO, SENSOR DE GOTAS DESABILITADO, SENSOR DE AR DESLIGADO NO MODO ENTERAL. A BOMBA DEVE TER CAPACIDADE DE ARMAZENAR O HISTÓRICO DE PELO MENOS 3000 EVENTOS, COM POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE NO MÍNIMO 3 BOMBAS, BATERIA COM DURAÇÃO DE +/- 5H A +/-25 ML/H, BIVOLT AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA IP22 E PESO MÁXIMO DE 3,5 KG. EQUIPAMENTOS NOVOS OU FABRICADOS A PARTIR DE 2021, COM A MESMA VERSÃO OU SUPERIOR AO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES MAIS RECENTES E SEGURANÇA AO PACIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE EVENTOS ("LOG DE EVENTOS"), COM HISTÓRICO GERADO PELAS ÚLTIMAS INFUSÕES. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, E A 3ª EDIÇÃO DA NORMA IEC 60601-2-24.	Serviço	01	Aprovado - SEI 2640 4849

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 18/08/2025, às 10:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26404857** e o código CRC **7D843DCA**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 01

41034 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE LÁTEX E DEHP - EQUIPO ESPECÍFICO PARA DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, LIVRE DE LÁTEX E DEHP NA COR LILÁS COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR.

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC

LOTE: JAN257044001270800

REGISTRO (ANVISA): 10188530063

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: *fácil manuseio, não dobra e que proporciona maior estabilidade na bomba, não causa (vazamento) clamping*

DATA: 09/08/2025

Edson R. S. Oliveira
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Lorrany Costa Amorim
Enfermeira
COREN-SC 118001

EU
ferragen
05/08

EU
ferragen
05/08

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por 06/24 à 20/25/06/01

ITEM: 02

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOTE: AGO247048001170500

REGISTRO (ANVISA): 10188530060

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

EMBALAGEM

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

Apontamentos: _____

☒ Adequada ☐ Inadequada ☐ Não se aplica

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM ☐ NÃO

JUSTIFICATIVA: Afonso e neozinho

DATA: 11/03/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL CARIMBO

PROFESSOR DANIEL FIEGENHAUM
Farmaceutico Bioquímico
CRP/SC-349

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 03

41038 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP - EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC

LOTE: MAI25704600135402

REGISTRO (ANVISA): 10188530058

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: fácil abertura, bem embalado, sem riscos de contaminações.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: fácil manuseio, boa qualidade do material

Lorrany Costa Amorim

Enfermeira

CREM-SC 718001

DATA: 11 / 08 / 25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 04

41039 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC - EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC

LOTE: ABR257017001331102

REGISTRO (ANVISA): 10188530060

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

9/ resistência e fácil abertura

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

adequado

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

9/ resistência, sem baulho, sem dozeas

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

aprovado

DATA: 14 / 8 / 2025

Larry Costa Amorim
Enfermeira
COREN-SC 71800

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 05

41040 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC - EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC

LOTE: ABR257049001340200

REGISTRO (ANVISA): 10188530061

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada para utilização, atendendo os critérios de segurança

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende aos critérios de qualidade

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Desempenha adequadamente as propostas

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 15/8/25

Assinatura do Profissional 02477 COREN 430172
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Assinatura do Profissional
COREN 430172
Enfermeira

impresso no endereço corporativo da Prefeitura de Joinville por 00541112025006/01

ITEM: 06

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

Juliano do Rosário com 001933838

COFEN SC 2007-14

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 07

41042 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC - EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. POSSUIR FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC. ACEITA-SE O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA SEPARADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO.

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC

LOTE: ABR257018001330500

REGISTRO (ANVISA): 10188530061

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 11/08/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Leandro Daniel Eigenbaum
Farmacêutico
CRF/SC 3640

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2025

ITEM: 08

33480 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA – 01 BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: SAMTRONIC MODELO ICATU S 4.0 INTELLI

LOTE: ABR257018001330500

REGISTRO (ANVISA): PB006480 - 07822BE/00

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Entregue em caixa bem embalada, garantindo a integridade do produto, com etiquetas de identificação do produto. Na embalagem além do produto foi entregue Manual de Operação.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Contém informações do manual de operação, equipamento atende integralmente o descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Nos testes funcionais foi identificado na prática que o equipamento apresenta as características exigidas no descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Equipamento atende a todas exigências do edital.

DATA: 18/08/2025

Humberto Pereira da Silva

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Excimer Tec. Com. Assist. em Equip. Médicos Hospitalares Ltda-ME