MEMORANDO SEI Nº 31384904/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 26 de outubro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31329294 segue a análise solicitada.

Sobre a análise dos itens faltantes, informamos que será enviada posteriormente.

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Modelo	Fabricante	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
1	912964 - ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLINHAS COM 2,5 A 3,0 CM DE DIÂMETRO PARA ASSEPSIA, BRANCO, PURO, MACIO, INODORO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, PACOTE ENTRE 90 E 120 GRS.	PCT	**DORNELLES DISTRIBUIDORA LTDA**	Use it	Use it	De acordo	Não apresentou	----------	Apresentou	----------	Para a continuidade da análise é necessário que a empresa empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. 8.10.1 - Registro ANVISA ou comprovante de isenção.
	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR PARA USO CIRURGICO E AMBULATORIAL, 100% ALGODAO, ALVEJADO, EM						Apresentou o registro ANVISA 81400090001 com				A empresa apresentou o registro ANVISA 81400090001 com medida

2	CAMADAS CONTINUAS, EM FORMA DE ROLO 500 GR, ASPECTO HOMOGENEO, MACIO INODORO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, INSIPIDO, AMIDO, DEXTRINA, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal	UNID	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A**	ERS	Nathy ERS	Apresentou descrição resumida do item.	medida cautelar vigente para o lote 0921 - Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação. Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	----------	cautelar vigente para o lote 0921 - *Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação.* Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026. Para a continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que não será ofertado item de lote com medida cautelar vigente.
3	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR PARA USO CIRURGICO E AMBULATORIAL, 100% ALGODAO, ALVEJADO, EM CAMADAS CONTINUAS, EM FORMA DE ROLO 500 GR, ASPECTO HOMOGENEO, MACIO INODORO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, INSIPIDO, AMIDO, DEXTRINA, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota reservada 25%	UNID	**MHL MEDICAL LTDA**	NATHY	NATHY	De acordo	Apresentou o registro ANVISA 81400090001 com medida cautelar vigente para o lote 0921 - Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação. Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	----------	A empresa apresentou o registro ANVISA 81400090001 com medida cautelar vigente para o lote 0921 - *Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação.* Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026. Para a continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que não será ofertado item de lote com medida cautelar vigente.
	909667 - ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 180 CM CONFECCIONADA EM FIBRA DE										

5	ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADA EM MANTAS UNIFORMES E CONTÍNUAS, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	UN	**ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**	ORTOBOM	8038931 0002	Apresentou descrição resumida do item.	80389310002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
7	910914 - ATADURA AUTO ADESIVA ELASTICA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 10 CM X 200 CM EM REPOUSO; COMPOSTA DE FIBRAS SINTETICAS, FIOS ELASTICOS A BASE DE LATEX NATURAL, NAO TECIDO, LEVE, POROSA, ANTIALERGENICA, FLEXIVEL. FORNECE COMPRESSAO. REMOCAO SIMPLES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. CONTENDO:Nø DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA.	Unidade	**VICENZZOTTI E SILVA LTDA**	aktivetape	10 x 4,5m	Apresentou descrição resumida do item.	81208470002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
8	909671 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 08 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE	UN	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**	ALBAMED	CREPE	Apresentou descrição resumi	83092410001, registro ativo, confirmado no	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as

	QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 17,80 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.		**E MATERIAIS HOSPITALARES**			da do item.	Portal ANVISA em 21/10/2026.				amostras exigidas no edital.
9	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 13,30 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota principal	UNID	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ALBAMED	CREPE	Apresentou descrição resumida do item.	83092410001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO,										

10	BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 13,30 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ALBAMED	CREPOM	Apresentou descrição resumida do item.	83092410001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
11	47536 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 21,80 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota principal	UN	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ALBAMED	CREPOM	Apresentou descrição resumida do item.	83092410001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	47536 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO										

12	MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 21,80 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota reservada 25%	UN	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ALBAMED	CREPE	Apresentou descrição resumida do item.	83092410001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
13	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, C/ PESO MÍNIMO 32,70 GR POR UNIDADE. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO,	UNID	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ALBAMED	CREPE	Apresentou descrição resumida do item.	83092410001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota principal										
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, **COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO**, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, **C/ PESO MÍNIMO 32,70 GR POR UNIDADE**. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT**	TEXPHARMA	TEXPHARMA	De acordo	80339640003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	O prospecto descreve *"60% algodão"* e o edital exige *"com no mínimo 80% de algodão";* o prospecto descreve *"peso unid: 20,25g"* e o edital exige *"c/ peso mínimo 32,70 gr por unidade"*.	EXIGE	O prospecto descreve *"60% algodão"* e o edital exige *"com no mínimo 80% de algodão";* o prospecto descreve *"peso unid: 20,25g"* e o edital exige *"c/ peso mínimo 32,70 gr por unidade"*. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
18	910805 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M NAO ESTERIL ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M - COMPOSTA 100% RAYON, NAO ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Rolo	**CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA**	LARISMED	807730020018	Apresentou descrição resumida do item.	80773020018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE										

20	EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPREDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. Cota principal	Unidade	**SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	POLAR FIX	POLAR FIX	Apresentou descrição resumida do item.	8003400035, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
21	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPREDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. Cota reservada 25%	Unidade	**MHL MEDICAL LTDA**	CREMER	CREMER	De acordo	8024521 0070, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	909677 - ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 20 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO O						8024521 0070, registro ativo,				Proposta classificada.

22	USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE.	Unidade	**MHL MEDICAL LTDA**	CREMER	CREMER	De acordo	confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
23	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - **TAMANHOS P, M E G** AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UN	**AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	AMPLAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AVENTAL SMS 40 GR MANGA LONGA	Na proposta está descrito **"tamanhos G"** e o descritivo exige **"tamanhos P, M e G"**.	82189770015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	No prospecto apresentado consta apenas a medida "1,60 x 1,15" e o edital exige três medidas "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131 a 140 largura; tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura".	EXIGE	No prospecto apresentado consta apenas a medida "1,60 x 1,15" e o edital exige três medidas "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131 a 140 largura; Para a continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme quais são os tamanhos ofertados e as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por

	FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MEDIDAS: TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota principal								tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura "		não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
24	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TAMANHOS P, M E G AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO	UN	**PROTECAO TOTAL PRODUTOS & HOSPITALARES LTDA**	MEDICAL SEDE	AVENTAL CIRURGICO	De acordo	83436720001, registro ativo, confirmado no Portal ANVIS	----------	Apresentou prospecto com os tamanhos P, M, G e Extra Grande, sem a descrição das medidas. O edital exige: "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura	EXIGE	A empresa apresentou prospecto com os tamanhos P, M, G e Extra Grande, sem a descrição das medidas. O edital exige: "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131 a 140 largura; tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura". Para a continuidade da análise, solicitamos que

	(O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MEDIDAS: TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota reservada 25%						A em 22/10/ 2026.		; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131 a 140 largura ; tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura "		a empresa confirme as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
26	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA	Unidade	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	Avental Cirúrgico	Apresentou descrição resumida do item.	80175349006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/ 2026.	----------	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x*	EXIGE	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas de cada tamanho, a fim

	110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal								*largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*.		de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
27	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	Unidade	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	Avental Cirúrgico	Apresentou descrição resumida do item.	80175349006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*.	EXIGE	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

28	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M²** (ESPECIFICADA NO RÓTULO), ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, **MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO);** FECHAMENTO COM DUAS TIRAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	Unidade	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	TEXMED	UND	De acordo	81763660013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No prospecto a imagem é de avental com manga, e o edital exige avental sem manga, porém consta a informação *"a imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme modelos".*	EXIGE	A empresa apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No entanto, a imagem no prospecto apresenta um avental com mangas compridas, enquanto o edital exige o modelo sem mangas. Contudo, consta no documento a informação de que a *"imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme os modelos".* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura, as medidas, e se o item é sem manga, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLÍNICO E AMBULATORIAL,								Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanh		A empresa apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No entanto, a

29	DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M²** (ESPECIFICADA NO RÓTULO), ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: **ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM** (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%.	Unidade	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	TEXMED	UND	De acordo	81763660013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	os, inclusive de acordo com as exigências do edital. No prospecto a imagem é de avental com manga, e o edital exige avental sem manga, porém consta a informação *"a imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme modelos".*	EXIGE	imagem no prospecto apresenta um avental com mangas compridas, enquanto o edital exige o modelo sem mangas. Contudo, consta no documento a informação de que a *"imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme os modelos".* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura, as medidas, e se o item é sem manga, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
30	47538 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2,** COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS.	UN	**G.L PHARMA**	Open Medical	Avental tnt 30gr	De acordo	80487860002, registro ativo, confirmado no	----------	Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas, inclusive de	EXIGE	No prospecto apresentado constam diversas gramaturas do item, inclusive de acordo com as exigências do edital, porém não constam as medidas. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas do item ofertado, e se é

	TAMANHO GRANDE, **COM MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 130 CM** (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). FORNECIDO EM EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal		**LTDA**		nao esteril		Portal ANVISA em 22/10/2026.		acordo com as exigências do edital, porém não constam as medidas.		ofertado em embalagem com no máximo 10 peças, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões e a gramatura exigida. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
41	29975 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 50 CM X 45 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES CONFECCIONADAS COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS, 100% ALGODÃO EM TECIDO COM 4 CAMADAS, TAMANHO 50 CM X 45 CM, COM SISTEMA DE AMARRAÇÕES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, SEM FIO RADIOPACO. POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA. QUE NÃO SOLTE FIAPO. ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO. DEVE SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	Pacote	**ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**	GOLDMED	Goldmed	De acordo	832610 89001	----------	O prospecto apresentado descreve compressa com várias gramaturas, inclusive a exigida no edital.	EXIGE	O prospecto apresentado descreve compressa com várias gramaturas, inclusive a exigida no edital. Serão reprovadas as amostras que não apresentarem **no mínimo 25 gramas e as demais exigências do edital.** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

42	912974 - COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 CM X 28 CM - PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MÍNIMO 25 CM X 28 CM PRÉ-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS,COM **NO MÍNIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE** E **FILAMENTO RADIOPACO**. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Pacote	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A**	ERIMAR	ERIMAR	Apresentou descrição resumida do item.	80698139005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	O prospecto apresenta o item com várias pesos, inclusive com 20gr conforme solicitado no edital.	EXIGE	O prospecto apresenta o item com várias pesos, inclusive com 20gr conforme solicitado no edital. Serão reprovadas as amostras que não apresentarem **no mínimo 20 gramas por unidade e as demais exigências do edital.** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal										
43	912974 - COMPRESSA CIRÚRGICA **ESTÉRIL 25 CM X 28 CM - PACOTE COM 2 UNIDADES** COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MÍNIMO 25 CM X 28 CM **PRÉ-ENCOLHIDO,** CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS,**COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE** E **FILAMENTO RADIOPACO.** POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS	Pacote	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	COTTONMAX	PACOTE	De acordo	80698139005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	----------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Com no mínimo 20 gramas por unidade; 2. Pacote com 2 unidades.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital, que não consta no prospecto: 1. Com no mínimo 20 gramas por unidade; 2. Pacote com 2 unidades. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%										
44	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO **25 CM X 23 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES** COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25 CM X 23 CM COM **PESO MÍNIMO 8 G**, EM 100% ALGODÃO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, **POSSUIR FIO RADIOPACO**, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, NÃO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. PACOTE PLÁSTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Pacote	**STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**	ERIMAX, SOFT	#	De acordo	80698139006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	----------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Com peso mínimo 20 gramas por unidade.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital, que não consta no prospecto: 1. Com peso mínimo 20 gramas por unidade. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

45	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91 CM X 91 M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, **MEDINDO 91 CM X 91 M, 3 DOBRAS, 13 FIOS/CM²**, 100% ALGODÃO, **PESO DE 1.650 GR/ROLO,** COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 14108 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	UNID	**LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**	BAMED	"TIPO QUEIJO" ≈91X91 13 FIOS ROLO 700g	O descritivo da proposta refere "rolo 700g";o edital exige "peso de 1.650 gr/rolo".	830924 19004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	----------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Peso de 1.650 gr/rolo.	EXIGE	Na proposta a empresa descreve "rolo 700g", porém no prospecto não consta a informação. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Peso de 1.650 gr/rolo. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
46	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91 CM X 91 M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO 91 CM X 91 M, 3 DOBRAS, 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, **PESO DE 1.650 GR/ROLO,** COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 14108 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**	BAMED	"TIPO QUEIJO" ≈91X91 13 FIOS ROLO 700g	O descritivo da proposta refere "rolo 700g";o edital exige "peso de 1.650 gr/rolo".	830924 19004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	----------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Peso de 1.650 gr/rolo.	EXIGE	Na proposta a empresa descreve "rolo 700g", porém no prospecto não consta a informação. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Peso de 1.650 gr/rolo. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	47542 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA - PACOTE COM 500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL,										

50	**DENSIDADE 13 FIOS/CM², 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA** , 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, **COM PESO MÍNIMO DE 500 GR** POR PACOTE, EM TECIDO 100% ALGODÃO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES ÓPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO EVITANDO DESFILAMENTO. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PACOTE COM 500 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	PCT	**CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA**	SERRANA	80773320010	Apresentou descrição resumida do item.	80773020010, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/206.	----------	O prospecto não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. 15 cm x 30 cm aberta. 2. Com peso mínimo de 500 gr por pacote.	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: 1. 15 cm x 30 cm aberta. 2. Com peso mínimo de 500 gr por pacote. 3. Densidade 13 fios/cm^2 Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEÁVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM FIBRAS DISTRIBUÍDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITEM O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, COM ALTA ADERÊNCIA GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE		**GET MED COMERCIO**				80003300022, registro ativo, confir				Proposta classificada.

51	CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FÁCIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITÁRIA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	UNID	**DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	FIPELE/MISSNER	RMS: 80003300022	De acordo	mado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
52	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEÁVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM FIBRAS DISTRIBUÍDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITEM O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, COM ALTA ADERÊNCIA GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FÁCIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, ATÓXICO, ACONDICIONADO	UNID	**GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	FIPELE/MISSNER	RMS: 80003300022	De acordo	80003300022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITÁRIA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%										
53	917189 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGÊNICO. COM ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO, PARA FIXACÕES DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. COR BRANCA, PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL NÃO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEÁVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERAÇÃO. BOBINA EM PLÁSTICO RÍGIDO, EMBALAGEM UNITÁRIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	UNID	**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A**	VITAL	#	De acordo	10296900186, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	917189 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGÊNICO. COM ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS										

54	EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO, PARA FIXACÕES DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. COR BRANCA, PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL NÃO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEÁVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERAÇÃO. BOBINA EM PLÁSTICO RÍGIDO, EMBALAGEM UNITÁRIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**	VITAL	#	De acordo	10296900186, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
55	917016 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 5,0 C M X 10 M FITA ADESIVA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGÊNICO. COM ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO, PARA FIXACÕES DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. COR BRANCA, PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL NÃO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEÁVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERAÇÃO. BOBINA EM PLÁSTICO RÍGIDO, EMBALAGEM UNITÁRIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE,	UNID	**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A**	VITAL	#	De acordo	10296900186, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal										
56	917016 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 5,0 C M X 10 M FITA ADESIVA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGÊNICO. COM ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO, PARA FIXACÕES DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. COR BRANCA, PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL NÃO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEÁVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERAÇÃO. BOBINA EM PLÁSTICO RÍGIDO, EMBALAGEM UNITÁRIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**	VITAL	#	De acordo	10296900186, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
57	30346 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGÊNICO. COM ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO A FIXAÇÃO SEGURA E DURADOURA DE CURATIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS EXCESSIVOS, MANCHAS NA SUPERFÍCIE OU CAUSAR DANOS À PELE AO SER REMOVIDO, PARA FIXAÇÕES DIVERSAS, USO EM AMBIENTE	UN	**STARMED ARTIGOS MEDICOS E**	VITAL	#	De acordo	10296900186, registro ativo, confirmado no	----------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de

	HOSPITALAR. COR BRANCA, PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL NÃO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEÁVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERAÇÃO. BOBINA EM PLÁSTICO RÍGIDO, EMBALAGEM UNITÁRIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		**HOSPITALARES LTDA**				Portal ANVISA em 22/10/2026.				apresentar as amostras exigidas no edital.
61	909682 - MALHA TUBULAR 10CM X 25M MALHA TUBULAR 10CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX25M. FABRICADA EM **TECIDO 100% ALGODAO**. PROTEGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO.ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, NAO ESTERIL.	Rolo	**DORNELLES DISTRIBUIDORA LTDA**	Ortofen		De acordo	80205290004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/206.	----------	O prospecto apresentado não descreve a exigência do edital: fabricada em tecido 100% algodão. O prospecto apresenta o modelo com várias medidas, inclusive com as medidas solicitadas no edital - 10cm X 25m.	----------	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado: 1. É fabricado em **tecido 100% algodão**.
	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42 CONFECCIONADA **EM TECIDO SINTETICO DE POLIPROPILENO 20 G/M2,** RESISTENTE, BORDAS DE CORTE BEM DEFINIDAS, SEM										

68	DESFIAMENTO DO TECIDO, COSTURAS DAS EMENDAS BEM ACABADAS, REFORCADAS, EVITANDO RASGAR, TAMANHO ADEQUADO PROTEGENDO OS SAPATOS DENTRO DA SAPATILHA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	**ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**	ANADONA	NAD	De acordo	80175349004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	----------	Apresentou prospecto mas não descreve as seguintes exigências do edital: 1. Gramatura: 20 G/M^2.	----------	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital que não está descrita no prospecto apresentado: 1. Gramatura: 20 G/M^2.

Sobre a análise requerida: "***d)*** *quanto ao valor proposto pela(s) empresa(s) no Certame para os* ***itens 9, 10, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 40, 58, 59 e 66****, tendo em vista o percentual de desconto apresentado nos lances e/ou na negociação em relação ao valor orçado pela Administração, conforme Processo de Requisição de Compras SEI nº* 26.0.215065-1*, composto pelo Anexo I do Edital, uma vez que, a proposta teve um percentual de redução de valor, superando os 50%, ou seja, os valores ofertados são* ***inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado****, havendo "indício de inexequibilidade", conforme Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022",* informamos que conforme fluxo estabelecido, deve ser solicitada à SES.UCO.ACP.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 26/10/2026, às 07:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31384904** e o código CRC **22613E66**.