



À SAPLCT

Em atendimento aos Memorandos 0014619812 e 0014712662, encaminhamos as análises técnicas das propostas:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.3 LAUDO VFE PARA OS ITENS 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28	8.9.2 LAUDO BFE PARA ITENS 23, 26, 27 E 28	10.6 K-ALVARÁ SANITÁRIO	10.6 L-AFE	10.6 M-DISPENSA K E L SE ISENTOS DE ANVISA	8.9.1-REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
8	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	MEDIHOUSE BRUNA	UNID	CIRURGICA PLENA	----	----	VÁLIDO ATÉ 05/07/2022, DE ACORDO NA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO	AFE de correlatos ativa, conferido no portal ANVISA	----	10181820018-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada, não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado.
28	910838 - CAMPO OFTALMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRACAO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRACAO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE.	CLEANTECH PC	PC	MEDCLEAN	De acordo	De acordo	VÁLIDO ATÉ 04/03/2023	AFE de correlatos ativa, conferido no portal ANVISA	----	80053550019-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Proposta de acordo, apta a apresentar amostra

Encaminhamos o parecer da amostra apresentada para o item 3 pela empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.1-REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
3	909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	POLARFIX PC	PC	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8003400044	CONFORME PARECER TÉCNICO 0014727514, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, A EQUIPE TÉCNICA CONSTATOU QUE A ATADURA SOLTA MATERIAL TRAZENDO IRRITABILIDADE NA PELE. AMOSTRA REPROVADA

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a), em 24/10/2022, às 12:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador 0014721360 e o código CRC 90A505A4.

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO
FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 3

909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: POLARFIX

LOTE: 33171121

REGISTRO (ANVISA): 8003400044

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 pacote com 12 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Sem embalagem.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Baixa impermeabilidade e não note-se a goma (na) em uma das faces

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Solta material trazendo irritabilidade na pele.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

De pele. Solta material com risco de lesão

DATA: 20/10/22

Diego Muelo Soares COREN/SC 533331.
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Daniel F. S. Tomasel
Enfermeiro
COREN/SC 213797