



MEMORANDO SEI Nº 25275276/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 174/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de EPIs - Luvas de Uso Médico Hospitalar.

Em atenção ao Memorando 25274730, segue a análise solicitada:

It em	Material/Serviço	Uni d. me did a	Fornecedor	Marca	Descriativo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2- CA (exceto item 10)	Parecer
3	25613 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 ISENTA DE PÓ E LATEX FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, RESISTENTE, ESTERIL E APIROGENICA, COM PUNHO RESISTENTE QUE SE AJUSTE COM FIRMEZA NO AVENTAL CIRURGICO, PERMITIR PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃO E PUNHO. EMBALAGEM EXTERNA QUE POSSIBILITE A TRANSFERENCIA E REMOCAO ASSEPTICA DO CONTEUDO; EMBALAGEM INTERNA COM ENVELOPE DE MAOS IDENTIFICANDO MÃO DIREITA/ESQUERDA E A POSICAO DO POLEGAR. EMBALADA EM PARES. IDENTIFICACAO:	Par	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	DESCAR PACK	Apresentou descrição resumida, porém, descreve "com pó".	103306602 04- registro vigente, referente a luvas cirúrgicas com pó.	40636- CA válido até 04/07/2028, para luva cirúrgica com pó aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.	O edital exige luva isenta de pó e a empresa indicou na proposta e nas documentações técnicas a oferta de luva com pó. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital

	NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.					
4	25614 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 ISENTE DE PÓ E LATEX FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, RESISTENTE, ESTERIL E APIROGENICA, COM PUNHO RESISTENTE QUE SE AJUSTE COM FIRMEZA NO AVENTAL CIRURGICO, PERMITIR PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃO E PUNHO. EMBALAGEM EXTERNA QUE POSSIBILITE A TRANSFERENCIA E REMOCAO ASSEPTICA DO CONTEUDO; EMBALAGEM INTERNA COM ENVELOPE DE MAOS IDENTIFICANDO MÃO DIREITA/ESQUERDA E A POSICAO DO POLEGAR. EMBALADA EM PARES. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	Par	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	DESCAR PACK	Apresentou descrição resumida, porém, descreve "com pó". 103306602 04- registro vigente, referente a luvas cirúrgicas com pó.	40636- CA válido até 04/07/2028, para luva cirúrgica com pó aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. O edital exige luva isenta de pó e a empresa indicou na proposta e nas documentações técnicas a oferta de luva com pó. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/04/2025, às 09:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25275276** e o código CRC **0E9A1212**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br