

MEMORANDO SEI Nº 25484490/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **075/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
61	917010 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX mod. 9829	Amostra aprovada conforme SEI nº 25484464

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/05/2025, às 09:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25484490** e o código CRC **3020B2CF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25484490v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS**Pregão Eletrônico 75/2025****ITEM 61 - 917010 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM**

917010 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: MEDIX mod. 9829

REGISTRO: 80495519040

LOTE: 231105

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 5 unidades

AValiação Técnica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:**

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do Arame:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 15/09/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. Agnirio de Al. G. G. G.
C.R.M.-SC 1528
RQE 4373

MEMORANDO SEI Nº 25506015/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **075/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
64	917009 - FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO NY64CT20 - 6.0 3/8 20	Amostra aprovada conforme SEI nº 25505995

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/05/2025, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25506015** e o código CRC **4FBDF350**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25506015v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 64

917009 - FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 6.0, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSÉPTICA, QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO NY64CT20 - 6.0 3/8 20

LOTE: 14230337

REGISTRO (ANVISA): 10378330022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do Arame:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 07/05/25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. Jose [illegible]
Otorrinolaringologista
CRM 19140 - RQE Nº. 10847