



MEMORANDO SEI Nº 27097698/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 142/2025
Objeto: Aquisição de Materiais para o Serviço de Terapia Ocupacional e Materiais de Imobilização de uso pré-hospitalar

Em atenção ao documento SEI nº 26853886 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
9	25028 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA COM ORIFÍCIO TAMANHO M CONFECCIONADO COM ESPUMA DE POLIFÓRMIO, COMPOSIÇÃO: 90% VINIL E 10% POLIAMIDA. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, PERFURADO PARA MELHOR VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO, USO ADULTO, COM ORIFÍCIO NA PARTE ANTERIOR PARA PACIENTES COM TRAQUEOSTOMIA.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RESGATE SP	De acordo	81094800010, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não descreve as medidas o colar.	A ficha técnica apresentada não trás informações acerca das medidas do colar ofertado. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:

	MEDIDAS: ALTURA DO PESCOÇO NO LÓBULO DA ORELHA: 09 A 10 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO: 35 A 39 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.							1- Altura do pescoço no lóbulo da orelha: 09 a 10 cm. 2- Circunferência do pescoço: 35 a 39 cm.
10	25029 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA COM ORIFÍCIO TAMANHO G CONFECCIONADO COM ESPUMA DE POLIFÓRMIO, COMPOSIÇÃO: 90% VINIL E 10% POLIAMIDA. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, PERFURADO PARA MELHOR VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO, USO ADULTO, COM ORIFÍCIO NA PARTE ANTERIOR PARA PACIENTES COM TRAQUEOSTOMIA. MEDIDAS: ALTURA DO PESCOÇO NO LÓBULO DA ORELHA: 11 A 13 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO: 40 A 44 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RESGATE SP	De acordo	81094800010, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não descreve as medidas o colar.	A ficha técnica apresentada não trás informações acerca das medidas do colar ofertado. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Altura do pescoço no lóbulo da orelha: 11 a 13 cm. 2- Circunferência do pescoço: 40 a 44 cm.
18	11563 - COLAR CERVICAL CONJUNTO DE COLAR CERVICAL COM OS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO PARA ABERTURA, TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEÍIA. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL.	Conjunto	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RESGATE SP	De acordo	Isento	Não apresentou	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente a documentação técnica referente ao conjunto ofertado.
19	1676 - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (COXIM) ADULTO IMPERMEÁVEL, COR AMARELO, CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL, COMPOSTO POR (02) DUAS ALMOFADAS COM ORIFÍCIOS PARA VERIFICAÇÃO DO OUVIDO, (01) UMA FRONHA (BASE) COM VELCRO PARA FIXAR AS DUAS ALMOFADAS, (02) DUAS FITAS PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA E (02) DUAS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO DAS ALMOFADAS (TESTE E QUEIXO) EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO AO RX, MEDIDAS APROXIMADAS DA BASE: 40 CM LARGURA, 25 CM ALTURA COMPRIMENTO DAS TIRAS DE TESTA E QUEIXO 76 CM MEDIDAS DO TIJOLO 26 CM COMPRIMENTO E 15 CM ALTURA	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	TECH-SUL	De acordo	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada

21	15002 - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE VÍTIMA EM PRANCHA RÍGIDA. CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA COM 50 MM DE LARGURA. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE LONGITUDINAL NA COR PRETA COM ALTURA REGULÁVEL EM 15 CM, CONFORME O TAMANHO DA VÍTIMA. EM SUA PARTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER UMA BIFURCAÇÃO COSTURADA NA FITA COM SAÍDA EM V PARA MELHOR COLOCAÇÃO NA PRANCHA E AJUSTE AO TÓRAX DO PACIENTE. OS DEMAIS QUATRO TIRANTES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA ÚNICO, DEVERÃO SER TRANSVERSAIS E REGULÁVEIS EM SUAS ALTURAS PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PRANCHA RÍGIDA. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CORES VIVAS E DISTINTAS PARA EVITAR ERROS QUANDO DA FIXAÇÃO. TODO O SISTEMA DEVERÁ SER FIXADO COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/ FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: TIRANTE LONGITUDINAL: 1,98 M DE COMPRIMENTO JÁ COM SISTEMA V-TIRANTES TRANSVERSAIS: 1,60 M DE COMPRIMENTO SUPERIOR E DO MEIO SUPERIOR; 1,10 M O DO MEIO INFERIOR E DE 1,15 M O INFERIOR.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	E	TECH-SUL	De acordo	Isento	Apresentou.	O edital exige tirante longitudinal com comprimento de 1,98 m; na proposta a empresa indicou medidas de acordo com o edital, porém, a ficha técnica apresentada indica comprimento da fita de 1,61 m. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme a medida do tirante longitudinal; 2- Caso confirme medida de 1,98 m, que apresente documentação comprobatória.
22	15003 - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA 100%, PRETA E COLORIDA COM 50 MM DE LARGURA; FECHO COM REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/ FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E QUALIDADE. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE PRINCIPAL NA COR PRETA, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,15 M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10 CM APROXIMADAMENTE. COMPRIMENTO: FITA VERDE COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 71,5 CM. FITA AMARELA COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 110,5 CM. FITA	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	E	TECH-SUL	De acordo	Isento	Apresentou	O edital exige fita amarela com medida aproximada de 110,5 cm, fita vermelha com 111 cm e fita verde com 71,5 cm; na proposta a empresa indicou medidas de acordo com o edital, porém, a ficha técnica apresentada indica fita amarela 1,00 m, fita vermelha 1,00 m e fita verde 1,25 m. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme a medida das fitas verde, vermelha e amarela;

	VERMELHA COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 111 CM.						2- Caso confirme medidas de acordo com o edital, que apresente documentação comprobatória.
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/10/2025, às 10:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27097698** e o código CRC **CC8C66C2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br