

## MEMORANDO SEI Nº 28171313/2026 - SES.UTO

Joinville, 22 de janeiro de 2026.

À SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 289/2025.**Objeto:** Aquisição de Cadeira Odontológica Completa, com mocho, para atender a necessidade das Unidades Básicas de Saúde.

Cumprimento-os cordialmente,

Em atenção ao Memorando SEI Nº 28161008 SAP.LCT e documentação complementar, pós diligência, enviada pela AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (SEI nº 28161002), informamos que, após avaliação do teor do ofício apresentado, esta unidade técnica manifesta-se pela **não aceitação** do item ofertado, pelos motivos de **inconformidade com as especificações do edital**. O edital exige que o equipamento possua a capacidade de realizar a posição de Trendelenburg como característica intrínseca do conjunto. A solução proposta pela licitante prevê a utilização de adaptações manuais e o uso de acessórios externos ("acessório de elevação das pernas anatômico") para atingir tal finalidade.

A flexibilização poderia gerar questionamentos quanto ao rigor das exigências estabelecidas no edital, afetando a transparência do processo licitatório.

Dessa forma, entendemos que o modelo SAEVO S200 / Syncrus G2, da forma como foi proposto, não atende integralmente aos requisitos técnicos exigidos, impossibilitando o prosseguimento da contratação com a referida empresa para este item.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rayane Alexandra Prochnow, Gerente Técnico(a)**, em 22/01/2026, às 17:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28171313** e o código CRC **30EE6835**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.104064-8

28171313v4