



MEMORANDO SEI Nº 28060680/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção ao memorando SEI nº 28058268, seguem as análises solicitadas:

It em	Trata mento	Material/Serviço	Uni d. med ida	Fornec edor	Marca Registr ada	Model o (Propo sta)	Descri tivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVI SA	8.10.2 - Prospe cto, ficha técnica , image m de site	11 - Am ost ras	Parecer
3 8	Exclu sivo	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER- LOCK PARA	PC	VOLA RE COME RCIO LTDA	MEDI X	MOD 01 - Luer Lock	A propost a apresen ta descriti vo resumi do.	81911 93903 2 - Regist ro vigente. Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou (páginas 3 à 9)	Exi ge.	O edital exige embalagem individual papel grau cirúrgico. No prospecto há a indicação: " <i>Embalados individualme nte (1 unidade) em embalagens de blister.</i> "

CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PA PEL GRAU- CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACA O.					Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado será enviado em embalagem papel grau cirúrgico. É necessário o envio de amostra conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 14/01/2026, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **28060680** e o código CRC **53FC249B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br