



MEMORANDO SEI Nº 0024654815/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise técnica- Pregão Eletrônico nº 023/2025.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024651464), segue a análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro Anvisa	8.10 b- Prospecto/ficha técnica/imagem de site	Amostra	Parecer
1	1	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPA QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO MÁXIMO 100 TESTES 1	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512254 vigente, confirmado no portal da Anvisa	A empresa anexou ficha técnica para o item, porém, para o item 1 o edital exige a apresentação da bula.	Exige	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente a bula do produto.
1	2	32743 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512238 vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme o atendimento às seguintes

		LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300 TESTES; POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; FORNECER UM CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR A CADA 20 GLICOSÍMETROS FORNECIDOS; DISPONIBILIZAR SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.						exigências do edital (responder ponto a ponto): 1- Que o item ofertado possui sistema de transmissão dos resultados para armazenamento local no computador; 2- Que o sistema de transmissão funciona sem a necessidade de uso de internet e/ou armazenamento em "nuvem"; 3- Que será fornecido um cabo usb compatível com o aparelho para transmissão dos dados ao computador a cada 20 glicosímetros fornecidos; 4- Que será disponibilizado o Software para uso pela Administração.	
2	3	29031 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE DESIDROGENASE OU OXIDASE; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPA QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO MÁXIMO 150 TESTES	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512254 vigente, confirmado no portal da Anvisa	A empresa anexou ficha técnica para o item, porém, para o item 3 o edital exige a apresentação da bula.	Exige	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente a bula do produto.
2	4	2744 - GLICOSÍMETRO APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR.	ANGULAR SAÚDE	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512238 vigente, confirmado	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300 TESTES; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS				no portal da Anvisa			
3	5	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPA QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO MÁXIMO 100 TESTES	WISDOM FARMA	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512254 vigente, confirmado no portal da Anvisa	A empresa anexou ficha técnica para o item, porém, para o item 5 o edital exige a apresentação da bula.	Exige	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente a bula do produto.
3	6	32745 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE AVISO SONORO E SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300	WISDOM FARMA	MEDISIGN	De acordo	Registro 80102512238 vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme o atendimento às seguintes exigências do edital <u>(responder ponto a ponto):</u> 1- Que o item possui sistema de aviso sonoro ("beep") com no mínimo, emissão dos seguintes avisos: - ao ligar; - quando

		TESTES; POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO ("BEEP") COM NO MÍNIMO, EMISSÃO DOS SEGUINTE AVISOS: - AO LIGAR; - QUANDO O EQUIPAMENTO RECONHECER QUE O QUANTITATIVO DA AMOSTRA DE SANGUE APLICADO NA TIRA FOR SUFICIENTE PARA A LEITURA; - AO FINALIZAR A LEITURA (RESULTADO DISPONÍVEL); - ERRO (SOM DIFERENCIADO DOS DEMAIS AVISOS); POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; ACOMPANHA CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR; DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS							o equipamento reconhecer que o quantitativo da amostra de sangue aplicado na tira for suficiente para a leitura; - ao finalizar a leitura (resultado disponível); - erro (som diferenciado dos demais avisos); 2- Que o item ofertado possui sistema de transmissão dos resultados para armazenamento local no computador; 3- Que o sistema de transmissão funciona sem a necessidade de uso de internet e/ou armazenamento em "nuvem"; 4- Que será fornecido um cabo usb compatível com o aparelho para transmissão dos dados ao computador; 5- Que será disponibilizado o Software para uso pela Administração.
-	9	29030 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 A 30 G DISPOSITIVO PERFURANTE PARA PUNÇÃO DIGITAL, (OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR), USO ÚNICO, ESTÉRIL, AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, MEDIDAS: DE 22 G A 30 G X 1,6 MM A 2,0 MM DE PROFUNDIDADE; PONTA TRIFACETADA, SILICONADA, ACOPLACADA A LANCETADOR DESCARTÁVEL, SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO, RETRÁTIL, ERGONÔMICO, ACIONADO POR CONTATO, MECANISMO	CHECK SAFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	OK Biotech	De acordo	Apresentou o registro 80867159005, de acordo	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras

	PRÓPRIO DISPENSADO USO DE LANCETADORES E USO DE FORÇA AO ACIONAMENTO GARANTINDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, E BULA E REG.MS/ ANVISA, EM CONFORMIDADE COM NR 32. APRESENTAÇÃO EM CX COM MÁXIMA 200 PECAS.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/02/2025, às 10:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024654815** e o código CRC **CE2D5CA6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0024654815v7