

**MEMORANDO SEI N° 0022264936/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 01 de agosto de 2024.

À

SAP.LCT**Assunto: Análise Técnica.**

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca da análise das amostras apresentadas para os itens 12 e 17:

Item	Material/Serviço	Empresa Atual	Parecer
12	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM ²	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Conforme Análise de amostra item 12 (SEI nº 0022264915), as amostras possuem tramas abertas, sem elasticidade, não possuem 13 fios/cm ² . Não possui elasticidade suficiente para segurar tala e curativo. Amostra reprovada.
17	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM	ORTOBENS DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 17 (SEI nº 0022264922).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/08/2024, às 07:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022264936** e o código CRC **AD0BECD7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0022264936v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO 327/2023

ITEM 12 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM

916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: NEVE PREMIUM

REGISTRO: 81855830002

LOTE: 2105000039 (2); 2204010044 (2)

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 pacotes com 1 unidade cada

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Tramas abertas, sem elasticidade, não possui 13 fios/cm²

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: não possui elasticidade suficiente para segurar tala e curativo.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 31 / 07 / 2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: Aline Rosano Lopes

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
Elder do Amaral - NOME/SC111

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO 327/2023

ITEM 17 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM

916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODÃO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITÁRIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ORTOBENS DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

MARCA: ORTOFEN

REGISTRO: 80205290001

LOTE: 07/24

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 pacotes com 1 unidade cada

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 30/07/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Aline R. Lopes
Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
Lider de área II - OPAR/CC/13