



MEMORANDO SEI Nº 27100150/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 09 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 409/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 27095060/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 26638998. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
------	------------------	------------	-------	-------------------

18	45406 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR LONGO CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. RESISTENTE A TORÇÕES TIPO VERTEBRAL, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM.; DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Barty Zheijiang Barty Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO</u> <u>REPROVADA</u> As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de uso, na Proposta Comercial 27095054 na página 30 "... projetado para angiografia coronária e periférica..."
19	30082 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA INTRODUTOR LONGO ARAMADO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA- BAINHA LONGA DE LÚMEN ÚNICO, RIGIDEZ VARIÁVEL, ARAMADO, COM MARCAÇÃO RADIOPACA E VÁLVULA PROXIMAL REMOVÍVEL. DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA ATÉ AS ARTÉRIAS SUPRA AÓRTICAS, COM EXTREMIDADE DISTAL HIDROFÍLICA E FLEXÍVEL COM LUMEN INTERNO DE NO MÍNIMO 0.88". ACOMPANHA DILATADOR COMPATÍVEL PARA TRANSIÇÃO ATRAUMÁTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 80 A 110 CM.	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL	<u>DOCUMENTAÇÃO</u> <u>REPROVADA</u> As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de uso, na Proposta Comercial 27095045 na página 15 - Finalidade/Indicação: "...Fios Guia, cateteres, entre outros dispositivos médicos dentro do sistema vascular, oferecendo ao médico um bom acesso para o tratamento de doença vascular em artérias femorais, artérias poplíteas e artéria infra poplíteia,

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2025, às 12:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27100150** e o código CRC **ED268650**.

