



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0015836743/2023 - HMSJ.UAD.APA

Joinville, 09 de fevereiro de 2023.

À SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 597/2022

Objeto: Aquisição de equipamento Hemodinâmica de Solo para o Hospital Municipal São

José.

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI nº 0015835527, referente ao Documento SEI nº 0015835379, informamos que avaliamos as informações prestadas pela licitante **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA** referente a exigência editalícia que solicita que o equipamento licitado contenha "*Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD*".

No documento a licitante declara que entregará o sistema "*igual ou superior ao licitado*", assim como detalha as especificações técnicas, conforme segue:

Chipset : C612
CPU : Intel E5-1620 V4
Memory : 4 x 4GB DDR4 >1867MHz, ECC or better
Graphics : NVidia P2000
Hard drive : SATA 3.0, 1TB boot disk WD Ultrastar 1W10001 or equivalent
SATA 3.0, 1TB data disk WD Ultrastar 1W10001 or equivalent
Optical drive : Dual layer DVD burner
Ethernet ports : 2 x 1 GbE copper on-board
2 x 1GbE copper PCIe NIC
USB : 6 x USB 2.0 or better at the rear
(at least 1 USB 3.0)
3 x USB 2.0 or better at the front
(at least 1 USB 3.0)
Chassis: Tower configuration; can be laid on its side and sit on a shelf in a 19" rack
Special : TPM module

Nota-se que a licitante utilizou as expressões "or better" e "or equivalent" ao lado das configurações apresentadas. As expressões significam, respectivamente, "ou melhor" e "ou equivalente".

Sendo assim, diante das documentações apresentadas pela licitante **PHILIPS MEDICAL**

SYSTEMS LTDA neste certame, consideramos que o **SISTEMA DE HEMODINÂMICA Modelo Azurion 5 F20**, atende as exigências editalícias.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thays Roberta Tavares, Coordenador (a)**, em 09/02/2023, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015836743** e o código CRC **DD562817**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.237480-3

0015836743v10