

**MEMORANDO SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 28 de março de 2025.

À  
**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise de amostras - Pregão Eletrônico 041/2025

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
23	25700 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 16 SISTEMA FECHADO	Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A	VITALGOLD	Conforme Análise de amostra SEI n° 0024987400, durante a análise, a equipe verificou dificuldade ao puxar a sonda de aspiração traqueal. A luva de plástico "segura" a sonda se e não foi possível ultrapassar a marcação preta.  <b>Amostra reprovada</b>

As análises das demais amostras serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 28/03/2025, às 08:09, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024987406** e o código CRC **24BB019F**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.264936-9

0024987406v3

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2025  
ITEM: 23

25700 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A

MARCA: VITALGOLD

LOTE: 240530

REGISTRO (ANVISA): 10296900167

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 unidade

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: *Dificuldade ao passar a sonda de*

*aspiração traqueal na luva de plástico "cavada" a*

*sondas e no conector ultrasonar a marcação feita.*  
( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: *Dificuldade na utilização*

DATA: 13,03,2025

*Amilca Delam* *Credito 81506-F*  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

*[Handwritten Signature]*  
228294 F