



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017721543/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 19 de julho de 2023.

À SAP.LCT

Encaminhamos a análise técnica da proposta para o item 62:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
62	913320	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELACAO 1ML=20GOTAS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTECAO TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE 1,50 METROS DE COMPRIMENTO,INJETOR LATERAL VALVULADO ISENTO DE LATEX E PARTES METALICAS , QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP, CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM PROTETOR E FILTRO DE AR HIDROFOBO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT.	PC	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	MP HOSPITALAR	De acordo	80305560056- Registro vigente, referente a diversos modelos de equipos, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 29/02/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa	Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui embalagem em papel grau cirúrgico. Caso positivo, a proposta está apta a apresentar amostra.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/07/2023, às 15:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017721543** e o código CRC **7917FCC1**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017721543v3