

**MEMORANDO SEI Nº 31049746/2026 - SES.UCO.ACM**

Joinville, 28 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31045634 segue a análise técnica solicitada.

As análises das propostas referentes aos itens 1, 2 e 37 serão enviadas posteriormente.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostragem/modat	Parecer
3	47606 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS Escova com cabo plástico antiderrapante, com as seguintes medidas: comprimento total da escova de no mínimo 17 cm; comprimento da área das cerdas: 35mm x	Unidade	TECHSTER I LTDA	TSI Código : TSI-D01	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	O prospecto não especifica todas as medidas do item.	----- ----	O prospecto não especifica todas as medidas do item. Para continuidade da análise é

	7mm (±2mm) para ponta com três fileiras de cerdas e 25mm (±2mm) x 2mm para a ponta com uma fileira de cerdas; altura das cerdas: 12mm (±2mm) para ponta com três fileiras de cerdas e 6mm (±2mm) para a ponta com uma fileira de cerdas.								necessário o que empresa confirme as medidas do item: comprimento total da escova; comprimento da área das cerdas para ponta com três fileiras de cerdas e para a ponta com uma fileira de cerdas; altura das cerdas para ponta com três fileiras de cerdas e para a ponta com uma fileira de cerdas; ou a proposta será desclassificada.
8	45939 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES ESCOVA MEDINDO MEDINDO 22 CM (± 2 CM), FABRICADAS EM POLIAMIDA, COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM MEDIDAS 78 (± 5 MM) X 17 (± 2 MM) X 10 MM (± 2 MM) PARA LIMPEZA	Unidade	SANEVITA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	SAFMED	A proposta descreve <i>"Escova para limpeza de materiais em geral de dupla</i>	Isento	Apresentou prospecto com três modelos distintos, não sendo possível identificar	----- ----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o modelo da escova a ser analisado no

	PROFUNDA DE INSTRUMENTAIS COM SUPERFÍCIES IRREGULARES.		MEDICOS LTDA		<i>cabeça, cerdas rígidas. Cor azul. Dimensões: 78mm x 14mm x 30mm; 80mm x 14mm x 15mm. Comprimento da Escova 86 mm. SAFMED".</i>		qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.		prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será desclassificada.
9	47610 - Escova para limpeza de endoscópio 1 a 2 mm Escova para limpeza de endoscópio, com cerdas resistentes nas duas extremidades em nylon antimicrobianas com diâmetro 1 a 2 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm e haste de material flexível medindo com 150 a 240 cm. Descartável.	Unidade	SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SAFMED	A proposta descreve "Escova de limpeza de dupla cabeça para canal de endoscópios. Diâmetros 2mm x 10mm. Comprimento 2400mm. SAFMED",	Isento	Apresentou prospecto com três modelos distintos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	----- ----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o modelo da escova a ser analisado no prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será

									desclassi ficada.
1 0	911916 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 10 MM X 50 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 50 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL OU POLIPROPILENO RESISTENTE, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 10 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.	PC	BIOS TERI MEDI CAL LTDA	PCA	De acordo	Isent o	Aprese ntou.	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classifica da.
1 1	911917 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 2 MM X 30 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 2 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.	PC	BIOS TERI MEDI CAL LTDA	PCA	De acordo	Isent o	Aprese ntou.	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classifica da.
1 2	13082 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 3MM	Peça	BIOS TERI MEDI	PCA	Descrit ivo da propost a	Isent o	Aprese ntou, porém o	----- ----	O descritiv o da proposta

	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 3 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.		CAL LTDA		indica "haste flexível"; o edital exige "haste rígida".		prospec to não deixa claro a seguint e exigênc ia do edital: haste rígida.		indica "haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospect o não deixa claro se a haste é flexível ou rígida. Para continui dade da análise solicitam os que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigênci a do edital: 1. Haste rígida.
1 3	13083 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 5MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 5 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peça	BIOS TERI MEDI CAL LTDA	PCA	Descrit ivo da propost a indica "haste flexível"; o edital exige "haste rígida".	Isent o	Aprese ntou, porém o prospec to não deixa claro a seguint e exigênc ia do edital: haste rígida.	----- ----	O descritiv o da proposta indica "haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospect o não deixa claro se a haste é flexível ou rígida. Para continui dade da

									análise solicitam os que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Haste rígida.
14	13084 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 7MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 7 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peça	BIOS TERI MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica " <i>haste flexível</i> "; o edital exige " <i>haste rígida</i> ".	Isento	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: haste rígida.	----- ----	O descritivo da proposta indica " <i>haste flexível</i> " e o edital exige " <i>haste rígida</i> ". O prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Haste rígida.
15	13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM ESCOVA PARA	Peça	BIOS TERI MEDICAL LTDA	PCA	Descritivo da proposta indica	Isento	Apresentou, porém o prospec	----- ----	O descritivo da proposta indica

	LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON ANTIMICROBIANAS PARA LIMPEZA PESADA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 15 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EVITAR DOBRAS MEDINDO DE 40 A 50CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.				"haste flexível"; o edital exige "haste rígida".		to não deixa claro a seguinte exigência do edital: haste rígida.		"haste flexível" e o edital exige "haste rígida". o prospecto não deixa claro se a haste é flexível ou rígida. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Haste rígida.
16	47611 - Escova para limpeza de endoscópio 3 a 4 mm Escova para limpeza de endoscópio, com cerdas resistentes nas duas extremidades em nylon antimicrobianas com diâmetro 3 a 4 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm e haste de material flexível medindo de 150 a 240 cm. produto não estéril. Descartável.	Unidade	BIOS TERI MEDICAL LTDA	PCA	Aprentou descrição resumida do item.	Isento	Aprentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
17	47612 - Escova para limpeza de endoscópio 4 a 6 mm Escova para limpeza de endoscópio, com cerdas resistentes nas duas extremidades em nylon antimicrobianas com	Unidade	SANE VITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	SAFME	A proposta descreve "escova de limpeza	Isento	Aprentou prospecto com três modelos distintos	----- ----	Para a continuidade da análise, é necessário que a empresa indique o

	diâmetro 4 a 6 mm, comprimento da área das cerdas de no mínimo 20mm e haste de material flexível medindo 150 a 240 cm produto não estéril. Descartável.		TACOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		<i>a de dupla cabeça para canal de endoscópios. Diâmetros 6mm x 20mm. Comprimento 2400mm.</i>		s, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.		modelo da escova a ser analisado no prospecto e confirme se suas dimensões atendem, na íntegra, às especificações exigidas no descritivo, ou a proposta será desclassificada.
18	45943 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO DE AÇO INOX, COM CERDAS EM NYLON E ANEL. MEDIDAS DAS CERDAS: 350 MM (± 10 MM) ESPESSURA DO FIO: 0,40 MM DIÂMETRO DAS CERDAS: 50 / 80 / 40 MM COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA: 480 MM (± 10 MM).	Unidade	BIOS TERI MEDICAL LTDA	PCA	O descritivo especifica <i>"Possui comprimento total de 47 cm e diâmetro das cerdas de 150mm"</i> ; o edital exige <i>"medidas das cerdas: 350 mm (± 10 mm) espessura do fio: 0,40 mm diâmet</i>	Isento	Apresentou, porém o prospecto descreve "comprimento total de 47 cm e diâmetro as cerdas 150mm" e não especifica as demais exigências do edital. No prospecto consta ainda a informação	----- ----	O prospecto descreve <i>"comprimento total de 47 cm e diâmetro as cerdas 150mm"</i> e não especifica as demais exigências do edital. No prospecto consta ainda a informação <i>"Fabricamos em tamanhos personalizados"</i>

					<i>ro das cerdas: 50 / 80 / 40 mm comprimento total da escova: 480 mm (± 10 mm)"</i>		"Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente."		<p><i>conforme a necessidade do cliente."</i></p> <p>Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que o item será fabricado e entregue de acordo com todas as medidas exigidas no edital:</p> <p>1. Medidas das cerdas: 350 mm (± 10 mm) espessura do fio: 0,40 mm diâmetro das cerdas: 50 / 80 / 40 mm comprimento total da escova: 480 mm (± 10 mm).</p>
19	47613 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS ESCOVA COM CABO PLASTICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS	Unidade	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENT	BATRICK	De acordo	Isento	Apresentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	CIRÚRGICOS, COM CERDAS DE AÇO EM INOX, MEDINDO DE 30 MM A 40 MM DE COMPRIMENTO E AS CERDAS 10 MM A 15 MM.		OS HOSPITALARES LTDA						
20	47622 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 1,9 CM X 30 M FITA ADESIVA PARA FECHAMENTO DE PACOTES, COM CONTROLE QUÍMICO EXTERNO, LISTRAS QUE MUDAM DE COR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POR VAPOR ÚMIDO; APRESENTAR FIXAÇÃO ADEQUADA, ADERINDO EM TECIDO DE ALGODÃO, SMS(SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), PAPEL E PLÁSTICO. DEVE MANTER A ADERÊNCIA AO PACOTE/MATERIAL DURANTE E APÓS PASSAGEM PELO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÚMIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	SOM A/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CIEX	De acordo	Isento	Aprezentou	Exige amostra	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas em edital.
21	21991 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA	Unidade	COMERCI	Chemdy	De acordo	Isento	Aprezentou,	Exige comod	Para continui

	MAQUINA ULTRASSÔNICA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LIMPEZA EM MÁQUINAS ULTRASSÔNICAS. VERIFICA TEMPO, TEMPERATURA, CAVITAÇÕES CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS	e	AL TARG ET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modelo/ Marca: CDW3			porém o prospecto não deixa claro as seguintes exigências do edital: verificação tempo, temperatura, cavitações concentrado ideal do detergente e a eficiência do banho de enzimas.	<u>ato 01 incubadora</u> compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.	idade da análise é necessário que a empresa confirme: 1. Que o indicador verifica tempo, temperatura, cavitações e concentração ideal do detergente e a eficiência do banho de enzimas. 2. Que será ofertado juntamente com o item, em comodato, 01 incubadora compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.
22	21992 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE	Unidade	BORINI COMERCIO DE EQUI	STC STC-W115	Descritivo com especificações comple	Isento	Apresentou.	Exige comodato 01 incubadora compat	Para continuidade da análise é necessário que a

	RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.		PAM ENT OS HOSPITALARES LTDA		mentar es ao descritivo.			ível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.	empresa confirme : 1. Que será ofertado juntamente com o item, em comodato, 01 incubadora compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.
23	21993 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTORIA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LAVAGEM EM MÁQUINAS TERMODESINFECTORAS. VERIFICA SE HÁ JATO DE ÁGUA DIRETO E INDIRETO, TEMPO INSUFICIENTE, TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS.	Unidade	TECHSTER I LTDA	TSI Código : TSI-T300	Descritivo com especificações complementares ao descritivo.	Isento	Apresentou.	Exige comodato 01 incubadora compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para funcionamento e leitura</u> e manter o equipamento calibrado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme : 1. Que será ofertado juntamente com o item, em comodato, 01 incubadora compatível com o item ofertado, <u>bem como os insumos para</u>

									<u>funciona</u> <u>mento e</u> <u>leitura</u> e manter o equipam ento calibrado .
2 4	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TIPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO	Uni dad e	ASCL E BRAS IL LTDA	ASCL E CLAS SE V	De acordo	Isent o	Aprese ntou prospec to, que indica "caixa com 200 unidad es"; edital exige "embal agem secund ária: pacotes com no máxim o 50 unidad es".	----- ----	O prospect o apresent ado indica "caixa com 200 unidades " e o edital exige "embala gem secundár ia: pacotes com no máximo 50 unidades ", porém não especific a se a quantida de é a mesma para todos os modelos do prospect o. Para continui dade da análise é necessári o que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigênci a do edital:

	SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.								1. Acondicionado em pacotes com no máximo 50 unidades .
25	45887 - INDICADOR/ EMULADOR QUÍMICO-INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIOR NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES DECLARADOS DEVEM SER IGUAIS A 5 (CINCO) MINUTOS A 134° C E DE 15 A 20 MINUTOS A 121° C. DEVERÁ TER SUA COR MODIFICADA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA	Unidade	ASCL E BRASIL LTDA	ASCL E CLASSE VI	De acordo	Isento	Apresentou prospecto ofertando o item com: " <i>o valor do processo de esterilização de 134°C / 3,5- 7 Minutos.</i> " O edital exige: Processo de esterilização de 134°C /	----- ----	O edital exige valor declarado igual a 5 minutos a 134° C, no entanto, a empresa ofertou produto com tempo variável de 3,5 a 7 minutos. Proposta

	UNIFORME. COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 500 UNIDADES.						5 Minutos.		desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
26	916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO	F1	SISPA CK MEDICAL LTDA	SISPA CK CRP30 30 Apresentação: Caixa 50 FOLHAS	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou o prospecto, porém não apresentou laudos técnicos emitidos por laboratório oficial credenciado pela ANVISA, original ou autenticado,	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos técnicos emitidos por laboratório oficial credenciado pela ANVISA,

	<p>AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010.</p> <p>EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA.APRESEN TAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.</p>						em portugu ês.		original ou autentica do, em portuguê s - laudos BFE (eficiênc ia de filtração bacterian a) e VFE (eficiênc ia de filtração viral) de acordo com a norma ABNT/N BR 14990/2 010).
2 7	916872 - MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM	F1	SISPA CK MEDI CAL LTDA	SISPA CK Model o:	Aprese ntou descriç ão resumi	Isent o	Aprese ntou prospec to, porém	----- ----	Para continui dade da análise é necessári

<p>PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESEN TAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS</p>		<p>CRP6060 Aprese ntação: Caixa 50 FOLH AS</p>	<p>da do item.</p>		<p>não apresen tou laudos técnic s emitido s por laborat ório oficial credenc iado pela ANVIS A, original ou autenti cado, em portugu ês.</p>		<p>o que a empresa apresent e a seguinte exigênci a do edital:</p> <p>1. Laudos técnicos emitidos por laboratór io oficial credenci ado pela ANVIS A, original ou autentica do, em portuguê s - laudos BFE (eficiênc ia de filtração bacterian a) e VFE (eficiênc ia de filtração viral) de acordo com a norma ABNT/N BR 14990/2 010).</p>
---	--	--	------------------------	--	---	--	--

	EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.								
28	47614 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rol	JOAO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	Vitalpack	De acordo	Isento	Apresentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
29	47615 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO	Rol	JF COMERCIO DE MATERIALE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Ciex	De acordo	Isento	Apresentou o prospecto, porém não deixa claro as seguintes exigências do edital:	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital:

	LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO						1. Composição poliéster e polipropileno; 2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²; 3. Com indicadores químicos para vapor úmido.		1. Composição poliéster e polipropileno; 2. Gramatura do papel grau cirúrgico 60g/m² a 80g/m, Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m²; 3. Com indicadores químicos para vapor úmido.
30	47616 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA	Rol	JOAO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	Vitalpauk	De acordo	Isento	Aparentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO								
31	47617 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	JOAO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS/A	Vitalpach	De acordo	Isento	Apresentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
32	47618 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E	Rol	JOAO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS/A	Vitalpach	De acordo	Isento	Apresentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	RESPONSÁVEL TÉCNICO								
3 3	47619 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATUR A DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	JOAO MED COM ERCI O DE MAT ERIA IS CIRU RGIC OS S/A	Vitalpa ck	De acordo	Isent o	Aprese ntou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classifica da.
3 4	47620 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATUR A DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E	Rol	ASCL E BRAS IL LTDA	ASCL ELIZE MODE LO/VE RSÃO: 25CM X 100M	De acordo	Isent o	Espess ura do filme lamina do 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m² , ou seja, as unidad es de medida são diverge ntes.	----- ----	Espessur a do filme laminado 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m², ou seja, as unidades de medida são divergen tes. Para continui dade da análise é necessári o que a empresa

	RESPONSÁVEL TÉCNICO								confirme que o item atende a seguinte exigênci a do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m².
3 5	47621 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 METROS PARA VAPOR ÚMIDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR ÚMIDO.GRAMATUR A DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL.DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Rol	ASCL E BRAS IL LTDA	ASCL ELIZE MODE LO/VE RSÃO: 30CM X 100M	De acordo	Isent o	Espess ura do filme lamina do 52 µm ± 5; o edital exige 54g/m² , ou seja, as unidad es de medida são diverge ntes.	----- ----	Para continui dade da análise é necessári o que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigênci a do edital: filme plástico laminado de no mínimo 54g/m².
3 6	911897 - PACOTE PRONTO DE BOWIE E DICK PACOTE PRONTO DE TESTE	Pac ote	DTEC H LTDA	DT Código : DT- BD10	Aprese ntou especif icações	Isent o	Aprese ntou o prospec to,	----- ----	Para continui dade da análise é

	DE BOWIE E DICK, FUNDAMENTADO NO PADRAO AAMI OU NORMA EUROPEIA, COM FOLHA INTERNA DE INDICADOR QUIMICO CLASSE 2 LIVRE DE CHUMBO, COM LEITURA A PARTIR DE MUDANCA DE COR. O PRODUTO QUIMICO UTILIZADO PARA ALTERACAO DA COR DO INDICADOR DEVERA ESTAR PROTEGIDO POR PELICULA DE FORMA A NAO SOLTAR COLORACAO NAS FOLHAS ADJACENTES.				comple mentar es ao descritti vo.		porém o docum ento não deixa claro a seguint e exigênc ia do edital: o produto químic o utilizad o para alteraçã o da cor do indicad or deverá estar protegi do por películ a de forma a não soltar coloraç ão nas folhas adjacen tes.		necessári o que a empresa conform e se o item atende a seguinte exigênci a do edital: 1. O produto químico utilizado para alteração da cor do indicado r deverá estar protegido por película de forma a não soltar coloraçã o nas folhas adjacent es.
38	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO	Am pola	MAX XIME D COM ERCI O DE PRO DUT OS MEDI COS HOSP ITAL ARES LTDA	MAX XIME D MODE LO: CLICK TEST IB 3 HR	De acordo	Isent o	Aprese ntou	Amostr a e comodato 72 (setenta e duas) incubadoras compatíveis com o item ofertado, bem como os insumos para funcio	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme a seguinte exigência do edital: 1. Deverá fornecer em comodato

	MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHI LUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.							<u>name</u> <u>nt</u> <u>o e</u> <u>leitura,</u>	<u>72 (seten</u> <u>ta e</u> <u>duas).</u> <u>incubado</u> <u>ras comp</u> <u>atíveis c</u> <u>om o</u> <u>item</u> <u>ofertado,</u> <u>bem</u> <u>como os</u> <u>insumos</u> <u>para</u> <u>funciona</u> <u>mento e</u> <u>leitura.</u> Caso a empresa confirme o comodat o, a proposta está classifica da. Não haverá a necessid ade de apresent ar amostras , pois o item já foi aprovado anterior mente e está em uso pela administ ração, conform e SEI nº 27840 121.
3 9	25069 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, FORNECIDA EM GALÃO DE 5 LITROS	Gal ão	JF COM ERCI O DE MAT ERIA L E MEDI CAM	DC MEDI CAL	De acordo	Isent o	Não apresen tou	----- ----	Para continui dade da análise é necessári o que a empresa apresent e a

			ENT OS HOSP ITAL ARES LTDA						seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela).
40	47674 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 120 X 120 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBL OW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M ² (PESADO) a 70/M ² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA	Unidade	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 1200 x 1200	De acordo	Isento	Apresentou prospecto, porém não apresentou laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.

	MICROBIANA. MEDIDAS: 120 X 120 CM.								
41	47675 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 100 X 100 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELT BLOW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M ² (PESADO) a 70/M ² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 100 X 100 CM	Unidade	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 1000 x 1000	De acordo	Isento	Apresentou prospecto, porém não apresentou laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.
42	47623 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 a 90 X 80 a 90 CM EMBALAGEM DE	Unidade	AMCOR FLEXIBLES BRASIL	AMCOR Medida: 900 x 900	De acordo	Isento	Apresentou prospecto, porém não	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a

	USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBL OW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M ² (PESADO) a 70/M ² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 a 90 X 80 a 90 CM		IL LTDA				apresentou laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.		empresa apresente a seguinte exigência do edital: 1. Laudos de: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira microbiana.
43	47624 - EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 50 a 60 X 50 a 60 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBL OW/SUPUNBOND 3	Unidade	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	AMCOR Medida: 500 x 500	De acordo	Isento	Apresentou prospecto, porém não apresentou laudos de: composição e gramatura do tecido,	----- ----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital:

<p>CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA ENTRE 50/M²(PESADO) a 70/M² (SUPER PESADO). POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 50 a 60 X 50 a 60 CM</p>					<p>eficiên cia de filtraçã o bacteri ana e viral, não emissã o de partícul as, barreira microbi ana.</p>	<p>1. Laudos de: composi ção e gramatur a do tecido, eficiênci a de filtração bacterian a e viral, não emissão de partícula s, barreira microbi ana.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/10/2026, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31049746** e o código CRC **F652FDA6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

26.0.169976-5

31049746v72