



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 334/2021

Objeto: Aquisição de insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 08 de outubro de 2021 às 10h48min (documento SEI 0010705415).

1º Questionamento: *"No descritivo do item 21, não ficou claro qual o produto exato a ser adquirido. É solicitado indicador biológico para vapor a baixa temperatura e formaldeído, porém tratam-se de indicadores distintos, ou seja, devemos cotar indicador para vapor em baixa temperatura (peróxido de hidrogênio ou plasma) ou em formaldeído?"*

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitada manifestação ao setor solicitante, por intermédio do Memorando SEI 0010705428. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010744951, transcrito a seguir:

O item ofertado deve ser indicado para Vapor à Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF), conforme descrito no edital; o sistema VBTF é considerado baixa temperatura.

2º Questionamento: *"Com relação ao item 38 – Pacote Bowie & Dick, é citada a norma europeia. Gostaríamos de confirmar se devemos apresentar proposta no padrão europeu (7kg) ou americano (4kg)?"*

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitada manifestação ao setor solicitante, por intermédio do Memorando SEI 0010705428. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010744951, transcrito a seguir:

Para o item 38, serão aceitos itens no padrão europeu ou americano; no descritivo é indicado padrão AAMI (americano) ou europeu.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer
Pregoeira

Portaria nº 278/2021

Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 14/10/2021, às 16:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010752965** e o código CRC **8F31E7AA**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.160130-8

0010752965v5