

MEMORANDO SEI Nº 30951683/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 18 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Convocação da amostras - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30760278, segue a análise das amostras recebidas:

- Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, item 38.

ITEM	CÓDIGO E-PÚBLICA	DENOMINAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PARECER
38	13079	FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR	UNIDADE	Amostra aprovada conforme SEI nº 30951644

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 18/09/2026, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30951683** e o código CRC **811F4FD1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30951683v7

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 279/2026

ITEM: 38 - 13079 FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR

13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: BE CARE

LOTE: 260321

REGISTRO (ANVISA): 80808489020

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 05

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: O material foi aprovado para utilização, não apresentando nenhum

DATA: 17/02/26 problema ou defeito

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Maikon M. Schroeder
Enfermeiro
Coren-SC 107985