

MEMORANDO SEI Nº 30774995/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30772510 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostragem ?	Parecer
	35	25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORIA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3B	DE ACORDO	8137200008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 03/09/2026	Apresentou, porém o prospecto orienta: " Não utilize água quente ou sob pressão para lavar o espaçador e seus acessórios. " Não atende as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas	EXIGIR	Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.

		REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO..					(termodesinfec tora).		
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 03/09/2026, às 06:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30774995** e o código CRC **2ED92BCC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30774995v3