

OFÍCIO SEI N° 0024937050/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 24 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras Pregão Eletrônico 111/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A

Item 40 (0024937024) - **APROVADO**

BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item 43 (0024937042) - **APROVADO**

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 25/03/2025, às 13:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024937050** e o código CRC **2622D5BD**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
40	30116 - MICRO GUIA 0,014" MICRO GUIA 0,014" MICRO-GUIA HIDROFILICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO CATETER NA VASCULATURA. PONTE RETA MOLDÁVEL. DIÂMETRO: 0,014" COMPRIMENTO: 180 A 200CM (CÓD. SUS: 0702050369).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: TRAXCESS

FORNECEDOR: ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80583400022

QUANTIDADE AVALIADA: 02


EMBALAGEM: (X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

ÓTIMA PARA A AVALIAÇÃO PROPOSTA**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM () NÃO

MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 25/03/2025
Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista RQE 9542
Neuroradiologista RQE 15797

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
43	30121 - MICRO MOLAS DESTACÁVEIS COM DUPLO FILAMENTO DE POLIPROPILENO DESTACAMENTO MECÂNICO MICRO MOLAS EM PLATINA NOS MODELOS 2D (HELICAL) OU 3D. INDICADA PARA O TRATAMENTO DE ANEURISMAS E OUTRAS PATOLOGIAS ENDOVASCULARES. SISTEMA PROGRESSIVO DE ESCOLHA DE ACORDO COM GUIA PRIMÁRIA E DIÂMETRO EXTERNO DA MOLA. CALIBRES VARIANDO ENTRE 0,0115" E 0,0145". DESTACAMENTO MECÂNICO, SEM CAIXAS E BATERIAS. DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 1,5 E 20 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 2D E DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 02 E 25 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 3D EXCELENTE PACKING (EMPACOTAMENTO) E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010138 - ESPIRAIS DE PLATINA). FORNECER DISPARADOR COMPATÍVEL COM A MICRO MOLA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: BALT

FORNECEDOR: BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: F240901047 e F241200633


QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada ☒ Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

ÓTIMA PARA A FUNCIONALIDADE PROPOSTA**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____


Dr. Pedro Magalhães
CRM 12538
Neurologista RQE 9542
Neurorradiologista RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 25/03/2025