



MEMORANDO SEI N° 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 30 de janeiro de 2024.

À SAP.LCT

Sra. Luciana Klitzke

À SES.UAD.ACM

Sr. Ivosney João Leite Bueno

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**.

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em atenção ao MEMORANDO SEI N° 0019948270 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico **542/2023**.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
1	5155 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (22G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,7mm ou 25x0,7mm (22G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador pode ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha) . Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas com 40 a 100 unidades cada.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Descritivo não informa se o adaptador possui mecanismo de descarte da agulha	10379860204 SIM - Confirmado no portal da ANVISA	SIM	Solicitamos diligência para esclarecimento ao questionamento: <ul style="list-style-type: none"> O adaptador fornecido possui mecanismo automático de descarte da agulha?

b) Em resposta aos esclarecimentos prestados pelas empresas, segue abaixo:

Item 2 - tendo a empresa Innovare Gestão e Comércio Ltda afirmado, via chat, que "*é fixo sim o adaptador e também tem mecanismo de descarte de agulha, caso queira podemos disponibilizar amostras*" - **PROPOSTA CLASSIFICADA.**

Item 3 - tendo a empresa MG35 Atacado da Saúde Ltda afirmado, via chat, que "*o adaptador é separado. Ainda vamos anexar imagem do produto*", porém não mencionou qual o mecanismo de descarte da agulha do adaptador fornecido e a imagem não esclarece:

- Pedimos diligência para fazer o seguinte questionamento: **o adaptador fornecido possui mecanismo automático de descarte da agulha?**

Item 4 - a empresa MG35 Atacado da Saúde Ltda apresentou proposta comercial atualizada em conjunto com o item 3, na qual foi possível esclarecer as dúvidas com relação ao descritivo. **PROPOSTA CLASSIFICADA.**

AMOSTRAS

- Para os itens 2 e 4 considerando o Edital 0019628279, que define que "*Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o(s) item(s) para apresentar obrigatoriamente amostra, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital,*" as amostras deverão ser apresentadas conforme quantitativos a seguir:

Item	Descritivo resumido	Quantidade de amostras por item
2	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (21G)L	no mínimo 20 (vinte) unidades
4	Tubo com Heparina para coleta de sangue a vácuo 4ml	no mínimo 05 (cinco) unidades

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 30/01/2024, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Barrea, Coordenador(a)**, em 31/01/2024, às 07:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019952908** e o código CRC **BC31837A**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0019952908v16