

MEMORANDO SEI Nº 27671891/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 28 de novembro de 2025.

AO SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **371/2025**.

Objeto: Aquisição de materiais para Terapia por Pressão Negativa (TPN) com bomba portátil em comodato.

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a análise deste setor referente ao processo licitatório SEI nº25.0.155638-5 conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Proposta	Registro na Anvisa	Prospecto e Ficha Técnica	Parecer
1	32498 - KIT PARA TRATAMENTO DE FERIDAS POR PRESSÃO NEGATIVA (VÁCUO) - TAMANHO MÍNIMO DA ESPUMA: 25 CM X 12 CM KIT ESTÉRIL COMPOSTO POR: ESPUMA EM POLIURETANO/POLIÉSTER ESPECÍFICO PARA CONTATO COM A FERIDA, QUE NÃO CAUSE LESÃO POR DISPOSITIVO MÉDICO; FILME TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO, EXTENSÍVEL, IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS E BACTÉRIAS; SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA AO RESERVATÓRIO. EMBALAGEM ESTÉRIL RESISTENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, DADOS DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.	Apresento u na pág.2 do documento SEI nº27666457 De acordo	Registro: 80804050349 Apresentou na pág.2 do documento SEI nº27666457 De acordo	Não apresentou prospecto do Item 1	
2	32499 - KIT ESTÉRIL CONSTITUÍDO DE ESPUMAS ABDOMINAIS PARA MANEJO DE ABDOME ABERTO - TAMANHO MÍNIMO DA ESPUMA: 43 CM X 30 CM KIT ESTÉRIL COMPOSTO POR ESPUMAS DE POLIURETANO/POLIÉSTER ESPECÍFICO PARA CONTATO COM A LESÃO, QUE PERMITA CORTES PARA ADEQUAÇÃO PERSONALIZADA, QUE NÃO CAUSE LESÃO POR DISPOSITIVO MÉDICO; CONTENDO CAMADA PROTETORA DE ÓRGÃOS, FILME TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO, EXTENSÍVEL,	Apresento u na pág.3 do documento SEI nº27666457 De acordo	Registro: 80804050253 Apresentou na pág.3 do documento SEI nº27666457 De acordo	Apresentou nas págs.10 à 23 e repetiu o mesmo prospecto nas págs. 26 à 39 do documento SEI nº27666457 De acordo	SOLICITO DILIGÊNCIA à empresa proponente para

	IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. EMBALAGEM ESTÉRIL RESISTENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, DADOS DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.			apresentação dos prospectos técnicos referentes aos ITENS 1 e 5 , conforme exigido no edital. A ausência desses documentos impede a análise da conformidade das especificações técnicas dos itens em questão. Aguardamos a apresentação dos documentos para prosseguir com a análise da proposta.
3	32500 - RESERVATÓRIO PARA COLETA DE EXSUDATO PARA CURATIVO À VACUO/ TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) - TAMANHO: 250ML A 500ML RESERVATÓRIO COMPOSTO PELO COLETOR COM A TAMPA SOLDADA, TUBO DE SILICONE OU MATERIAL COM QUALIDADE EQUIVALENTE, FILTRO ANTIBACTERIANO E TUBO COLETOR. O COLETOR É PERMANENTEMENTE SELADO PARA MINIMIZAR O RISCO POTENCIAL DO USUÁRIO, OU QUALQUER OUTRA PESSOA ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO. TAMANHO: 250ML A 500ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.	Apresento u na pág.4 do documento SEI nº27666457 De acordo	Registro: 80804050343 Apresentou na pág.4 do documento SEI nº27666457 De acordo	Apresentou nas pág. 42 à 46 do documento SEI nº27666457 De acordo
4	32501 - RESERVATÓRIO PARA COLETA DE EXSUDATO PARA CURATIVO À VACUO/ TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) - TAMANHO: 750ML A 1000ML RESERVATÓRIO COMPOSTO PELO COLETOR COM A TAMPA SOLDADA, TUBO DE SILICONE OU MATERIAL COM QUALIDADE EQUIVALENTE, FILTRO ANTIBACTERIANO E TUBO COLETOR. O COLETOR É PERMANENTEMENTE SELADO PARA MINIMIZAR O RISCO POTENCIAL DO USUÁRIO, OU QUALQUER OUTRA PESSOA ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO. TAMANHO: 750ML A 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.	Apresento u na pág.5 do documento SEI nº27666457 De acordo	Registro: 80804050343 Apresentou na pág.5 do documento SEI nº27666457 De acordo	Apresentou nas pág. 42 à 46 do documento SEI nº27666457 De acordo
5	32502 - CONECTOR EM FORMA DE "Y" PARA CURATIVO À VACUO/TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) DISPOSITIVO ESTÉRIL NA FORMA DE "Y" QUE POSSIBILITE A DISTRIBUIÇÃO DE TPN PARA O TRATAMENTO DE DUAS LESÕES AO MESMO TEMPO. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.	Apresento u na pág.6 do documento SEI nº27666457 De acordo	Registro: 80804050349 Apresentou na pág.6 do documento SEI nº27666457 De acordo	Não apresentou prospecto / ficha técnica do item



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 28/11/2025, às 14:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27671891** e o código CRC **791E8FFD**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.155638-5

27671891v3