



MEMORANDO SEI Nº 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 27 de julho de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30316679 , encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
8	911803 - BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR. COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLA-LO. LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	UN	50	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	PREMERE	435,00	página 01 - 30316467	Anvisa: 10216350119 página 02 - 30316467	página 03 à 06 - 30316467	Exige	Solicito diligência: ausência de informação sobre material do visor ser em acrílico.
44	910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	2.730	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL SUC	16,97	página 01 - 30316528	Anvisa: 10296900146 página 02 - 30316528	página 03 à 06 - 30316528	Exige	Solicito diligência: ausência de informação à quantidade de vias do conector intermediário
45	910560 - DRENO SUCTOR 4.8 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 4.8 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	720	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOTEC	17,95	página 03 - 30316270	Anvisa: 80330630025 página 03 - 30316270	página 27 à 29 - 30259967	Exige	Proposta Desclassificado: ausência de conector 3 vias
46	910561 - DRENO SUCTOR 6.4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	190	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,97	página 01 - 30316369	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30316369	página 03 - 30316369	Exige	Solicito diligência: ausência de informação referente a capacidade, material utilizado na confecção do da extensão e cateter, radiopacidade, ponta biselada de 10cm.

BIOVACUO Dreno de sucção MS.: 803.306.300.25	
MARCA 	FABRICANTE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Terra Preta – Mairiporã/SP CEP: 07661-605 CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111 MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000 E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br
Composição: Reservatório sanfonado isento de látex com capacidade de 600 ml, tampa luer lock, extensão flexível, pinça corta-fluxo, conector 2 vias (bilumen no diâmetro do dreno), dreno multiperfurado com filamento radiopaco em sua extensão, nas medidas 3,2, 4,8 e 6,4mm, agulha em aço inox com ponta bifacetada contendo alça para transporte e fixação.	

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
47	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO VESICAL CONTINUA NO TRANSOPERATORIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUROCORANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPAS PROTETORAS, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÃO EM PVC ANELADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	400	NEO MDC LTDA	BIOTEC	19,5500	página 01 - 30259923	Anvisa: 80330630015 página 21 - 30259923	página 21 à 22 - 30259923	Exige	Solicito diligência: ausência de informações sobre o PVC anelado.
48	31166 - EQUIPO DE IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO COM 2 VIAS PARA PROCEDIMENTO DE UROLOGIA, GINECOLOGIA E ORTOPEDIA TUBO CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL. APRESENTA PERFURADOR COM TAMPAS, PINÇA CORTA-FLUXO EM TODAS AS EXTENSÕES, ACOPLAMENTO EM Y, CONECTORES DO EQUIPO EM DUAS CONFIGURAÇÕES. GRADUADO, COM COMPRIMENTO DE 2 METROS E VIAS COM DIÂMETRO DE 1/4". USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	60	ALIMED COMERCIO E REPRESENTA COES LTDA	HARTMANN	20,0000	página 01 - 30318222	Anvisa: 10104480036 página 02 - 30318222	página 04 - 30318222	-----	Proposta classificada.
51	13078 - FRASCO DE ASPIRAÇÃO FRASCO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO A VÁCUO RÍGIDO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLISULFONA, AUTOC LAVÁVEL A 134° C, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 5.000 ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA (FUNÇÃO ANTIREFLUXO) OU COM TAMPAS VEDANTE EM BORRACHA (02 HASTES + BOIA), COM DIÂMETRO DE 19 A 21 CM.	Peças	74	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NEVONI	445,6287	página 03 - 30257912	Anvisa: 80273459007 página 18 - 30257912	página 34 - 30259967	Exige	Solicito diligência Empresa deve apresentar o prospecto completo do item ofertado onde conste tampa rosqueável ou vedante e item autoclavável a 134°C
66	910683 - PLACA ELETROCIURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELÉTRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDÂNCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELÉTRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELÉTRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHEER MODELO 4400 POWER PLUS.	PC	12.370	BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA	BOWA	4,7700	página 01 - 30258203	Anvisa: 81532930014 página 03 - 30258203	página 01 à 06 - 30318222	Exige	Proposta classificada

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000031760867&infra_sistema=100... 2/3

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30321993** e o código CRC **F2617A81**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104151-4

30321993v10