



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO nº 344/2024

Objeto: Aquisição de Monitores Multiparâmetros para o Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 23 de agosto de 2024 às 11h 13min (documento SEI nº 0022544733).

1º Questionamento: *"Ref.: PE 344/2024 – ITEM 2: “MONITOR MULTIPARÂMETROS INTERMEDIO” Por favor, os acessórios para o parâmetro de Pressão Invasiva não ficam claro no descritivo. Poderiam listas os acessórios?"*

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0022586636/2024 - HMSJ.CAOP,

Deverá ser enviado todos os acessórios necessários para o funcionamento dos parâmetros ofertados pelo equipamento, de acordo com o descritivo do Termo de Referência, qual seja:

DEVERÁ ACOMPANHAR: 02
(DOIS) CABOS DE
ALIMENTAÇÃO; 01 (UM) CABO
PARA CONEXÃO COM PC (CASO
NÃO UTILIZE TECNOLOGIA
WIRELESS); 02 (DOIS) KITS COM
MANGUEIRAS PARA PANI E OS 3
(TRÊS) TAMANHOS DE
MANGUITO; 02 (DOIS) CABOS DE
ECG; 03 (TRÊS) CABOS DE
OXIMETRIA COM OS TERMINAIS
ADULTO, INFANTIL E
PEDIÁTRICO; 02 (DOIS)
SENSORES DE TEMPERATURA; O
EQUIPAMENTO DEVE
FUNCIONAR SEM A EXIGÊNCIA
DE NENHUM TIPO DE MATERIAL
DESCARTÁVEL PARA AFERIÇÃO
DE NENHUM DOS SINAIS, COMO

CAPAS E SONDAS. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.

2º Questionamento: "Ref.: PE 344/2024 – ITEM 2: “MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO” Por favor, os acessórios para o parâmetro de Pressão Invasiva, Capnografia e Débito Cardíaco não ficam claro no descritivo. Poderiam listas os acessórios?”.

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0022586636/2024 - HMSJ.CAOP,

Deverá ser enviado todos os acessórios necessários para o funcionamento dos parâmetros ofertados pelo equipamento, de acordo com o descritivo do Termo de Referência, qual seja:

DEVERÁ ACOMPANHAR: 02 (DOIS) CABOS DE ALIMENTAÇÃO; 01 (UM) CABO PARA CONEXÃO COM PC (CASO NÃO UTILIZE TECNOLOGIA WIRELESS); 02 (DOIS) KITS COM MANGUEIRAS PARA PANI E OS 3 (TRÊS) TAMANHOS DE MANGUITO; 02 (DOIS) CABOS DE ECG; 03 (TRÊS) CABOS DE OXIMETRIA COM OS TERMINAIS ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO; 02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA; O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGÊNCIA DE NENHUM TIPO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA AFERIÇÃO DE NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E SONDAS. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Pregoeiro(a) - Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 28/08/2024, às 08:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022588794** e o código CRC **28B3FAB5**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.139110-4

0022588794v4