




---

## MEMORANDO SEI N° 0025094998/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de abril de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **075/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0025070582, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descriativo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
10	909815 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 4CM F.GERAL Fio cirurgico sitetico de poliglactina, violeta, espessura 1, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 4,0cm, fechamento	ENV	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	MERIL/ MITSU	Exige	De acordo, porém, não indicou o modelo de referência do fio ofertado.	10360810013- registro vigente, confirmado no porta da Anvisa	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar o modelo ofertado é o PGN012359

	geral, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.							
33	909796 - FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANçADO 2-0 S/AG Fio cirurgico de poliester trançado, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO-ACE AP240000	-----	De acordo	10378330011-registro vigente, confirmado no porta da Anvisa	Apresentou Proposta de acordo com o edital, classificada.
34	909795 - FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANçADO 3-0 S/AG Fio cirurgico de poliester trançado, espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO-ACE AP340	-----	De acordo	10378330011-registro vigente, confirmado no porta da Anvisa	Na proposta a empresa indicou o modelo AP340; na ficha técnica apresentada não consta o modelo indicado, porém, verifica-se o modelo AP340000, que atende as exigências do edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado é o AP340000. Caso seja outro modelo, há a necessidade de análise complementar. Apresentou, porém, não foi possível localizar o modelo AP340 informado pela empresa na proposta
46	909834 - FIO LINHO 0 AG 3CM A 3,1CM GASTR. Fio cirurgico linho branco, espessura 0, com 70cm de	ENV	ALTERMED MATERIAL MEDICO	SHALON L200CR30	-----	De acordo	10378330011-registro vigente, referente a produtos da	Não apresentou documentação referente à marca Shalon Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa:

	comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta cilindrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	HOSPITALAR LTDA			marca ACE, não relacionado a marca Shalon		1- Confirme a marca do produto ofertado; 2- Confirme o registro Anvisa do produto ofertado; 3- Apresente ficha técnica, prospecto, print de tela referente ao produto ofertado.
63	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	PROCARE	----- Apresentou descrição resumida	10369460141- registro vigente, confirmado no porta da Anvisa	Apresentou, porém, não indicou na proposta qual o modelo ofertado, não sendo possível finalizar a análise  Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe o código do item ofertado.

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 07/04/2025, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025094998** e o código CRC **A2A55438**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.219769-7

0025094998v15